

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості закупівлі:

Апарат для екстракорпоральної мембранної оксигенації (Центрифужний насос з приладами для екстракорпоральної підтримки роботи серця та легень) (НК 024:2019: 31718 Насос відцентровий для системи штучного кровообігу) (33182000-9) ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: ВІДКРИТІ ТОРГИ з публікацією оголошення англійською мовою UA-2022-07-13-001766-a

Обсяги: 1 комплект

Технічні та якісні характеристики:

№	Медико – технічні вимоги
1	Апарат має бути призначеним для екстракорпоральної підтримки життєдіяльності як в операційній, так і в палатах інтенсивної терапії та під час внутрішньогоспітального транспортування
2	Автономна консоль та модуль центрифужного насосу (приводу): 1 шт.
3	Електрозабезпечення від мережі 220 В, від вбудованих акумуляторів 24 В
4	Термін роботи в аварійному режимі: не менше 90 хвилин
5	Оберти в межах приблизно 0-5000 об/хв
6	Точність налаштування потоку в межах від 0,1 до 0,99 л/хв не гірша за $\pm 0,08$ л/хв
7	Точність налаштування потоку в межах від 1 до 9,99 л/хв не гірша за $\pm 7\%$
8	Наявність ультразвукових сенсору потоку та детектора бульбашок на артеріальній магістралі
9	Наявність детектору бульбашок для венозної магістралі
10	Відображення показників роботи насосу на дисплеї з функцією touch screen
11	Шарнірний тримач для безпечного та оптимального розміщення приводу
12	Аварійний (ручний) привод з системою швидкого кріплення та індикатором швидкості обертання
13	Наявність в комплекті терморегулюючого приладу
14	Температурний діапазон підігріву теплоносія: 33-39 °C
15	Наявність механізму функціональної самоперевірки та аварійної сигналізації терморегулюючого приладу.
16	Змішувач газів (механічний) в комплекті з тримачем
17	Мобільна стійка з набором полиць та кріплень
18	Система повинна мати можливість комплектуватися спеціальними одноразовими сертифікованими виробами (СЄ сертифікат), з терміном придатності протягом не менше 14 днів.
19	Апарат повинен комплектуватися спеціальними двопросвітними канюлями для можливості забезпечення вено-венозного ЕКМО в одну точку доступу, з єдиної судини – не менше 2 шт
20	Апарат повинен комплектуватися спеціальними однопросвітними канюлями для

	можливості забезпечення ЕКМО шляхом черезшкірного доступу, по Селдінгеру – не менше 10 шт
--	---

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:
5 750 000,00 грн – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даного товару, в тому числі через систему ПРОЗОРО оголошених тендерів.