

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості закупівлі:

Дефібрилятор (НК 024-2019 - 37806 Ручний зовнішній дефібрилятор)(33182100-0) ДК 021:2015 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: ВІДКРИТІ ТОРГИ з особливостями

ID: UA-2023-02-10-005119-a

Обсяги: 1 найменування

Технічні та якісні характеристики:

Найменування функції, характеристики або параметра / Значення параметра або наявність функції
Повинен бути призначений для електроімпульсної терапії на етапі підновлення серцевої діяльності, у тому числі для трансторакальної дефібриляції з режимом автоматичної поверхневої дефібриляції, синхронізованої кардіоверсії, а також для моніторингу ЕКГ
Наявність режимів роботи: <ul style="list-style-type: none">- Асинхронна дефібриляція- Синхронна дефібриляція (кардіоверсія)- Автоматична поверхнева дефібриляція
Повинен мати можливість використовуватись у дорослих та дітей
Наявність функціональної перевірки: зарядки, стану батареї, запису кривої, дефібриляції, сигналізації тривоги та мовної інформації
Наявність кольорового рідко кристалічного TFT-монітору з діагоналлю не менше 6,5 дюймів
Прилад повинен мати біфазну форму імпульсу
Наявність можливості забезпечення форми імпульсу другої фази дефібриляції, яка є незмінною і не залежить від контактного імпедансу
Наявність індикації на рукоятці якості контакту електродів з тілом пацієнта
Наявність голосових інструкцій при підготовці та проведенні дефібриляції
Прилад повинен бути оснащений режимом моніторингу ЕКГ
Наявність ручного та автоматичного режимів запису ЕКГ
Повинен мати можливість роботи від мережі та акумуляторної батареї
Час набору заряду 200 Дж повинен бути не більше ніж 4 с, час набору заряду 270 Дж повинен бути не більше ніж 5 с
Кількість дефібриляцій при живленні від акумулятора з енергією не менше 270 Дж без підзарядки дефібрилятора має бути не менше ніж 100 разів
Наявність режимів дефібриляції не гірше: <ul style="list-style-type: none">- ручний режим- режим ручної синхронізації з хвилею R на ЕКГ- режим АЗД- режим АЗД (дитячий)
Максимальна вихідна енергія заряду не більше 270 Дж

Наявність не менше 3 пріоритетів тривоги: критична, попереджуюча, рекомендує
Наявність світлового індикатора тривоги, який змінює колір в залежності від пріоритету
Наявність слоту для SD-карти для збереження даних та встановлення програмного забезпечення
Робота від батареї в режимі моніторингу не менше 180 хв
Наявність індикатора заряду акумулятора на дисплеї
Наявність візуальних та звукових сигналів тривоги
Наявність вбудованого термопринтера
Наявність роз'єму для карти пам'яті

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

273 600,00 UAH – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даного товару.