

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Ремонт і технічне обслуговування медичного обладнання (Технічне обслуговування Апарату рентгендіагностичного цифрового «TITAN 2000» (50421200-4); Технічне обслуговування Апарату рентгендіагностичного цифрового «REX-650R(F)» (50421200-4); Технічне обслуговування Флюороскопічної мобільної рентгенівської системи (50421200-4); Технічне обслуговування Пересувної рентгенографічної системи «IMAX 112C» (50421200-4); Технічне обслуговування Рентгендіагностичного стаціонарного апарату КРДЦ-01 «Альфа» (50421200-4); Технічне обслуговування Системи рентгенівської мамографічної «Viola/0086/C3» (50421200-4); Технічне обслуговування Мобільної рентген системи «IMAX 1010 V» (50421200-4); Технічне обслуговування Мобільної системи рентгенографічної цифрової Mobile Cooper (50421200-4) ; Технічне обслуговування Діагностичної рентгенівської системи Calypso F (50421200-4) ; Технічне обслуговування діагностичної рентгенівської системи Kaigen-65 R (50421200-4); Ремонт кисневих концентраторів (50421000-2); Ремонт стерилізаторів парових (50421000-2); Ремонт рентгенівських апаратів (50421000-2); Перевірка технічного стану медичного обладнання (50421000-2)) (ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги ID: UA-2023-02-17-012218-a

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

290 000,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг закупівель в електронній системі закупівель ПРОЗОРРО.

Технічні та якісні характеристики:

Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного обладнання за предметом закупівлі включають в себе:

1.1.	Технічне обслуговування Апарату рентгендіагностичного цифрового «TITAN 2000» (один раз у квартал)	шт	4
1.2.	Технічне обслуговування Апарату рентгендіагностичного цифрового «REX-650R(F)» (один раз у квартал)	шт	4

1.3.	Технічне обслуговування Флюороскопічної мобільної рентгенівської системи (один раз у квартал)	шт	4
1.4.	Технічне обслуговування Пересувної рентгенографічної системи «IMAX 112С» (один раз у квартал)	шт	4
1.5.	Технічне обслуговування Рентгендіагностичного стаціонарного апарату КРДЦ-01 «Альфа» (один раз у квартал)	шт	4
1.6.	Технічне обслуговування Системи рентгенівської мамографічної «Viola/0086/С3» (один раз у квартал)	шт	4
1.7.	Технічне обслуговування Мобільної рентген системи «IMAX 1010 V» (один раз у квартал)	шт	4
1.8.	Технічне обслуговування Мобільної системи рентгенографічної цифрової Mobile Cooper (один раз у квартал)	шт	4
1.9.	Технічне обслуговування Діагностичної рентгенівської системи Calypso F (один раз у квартал)	шт	4
1.10.	Технічне обслуговування діагностичної рентгенівської системи Kaigen-65 R (один раз у квартал)	шт	2
1.11.	Ремонт кисневих концентраторів (Біомед та інші)	шт	3
1.12.	Ремонт стерилізаторів парових (ГК-100-3, ГК-100-3М, ВК-75)	шт	12
1.13.	Ремонт рентгенівських апаратів, що підлягають технічному обслуговуванню	шт	3
1.14.	Перевірка технічного стану медичного обладнання	шт	200

Технічне обслуговування рентгенівських апаратів включає:

- 1.Перевірку надійності з'єднання корпусів складених (стикових) частин комплексу з шиною заземлення. Проведення зовнішнього огляду апарату, перевірка на наявність зовнішніх пошкоджень, слідів зносу, запиленості; діагностика кожного робочого режиму.
- 2.Перевірку опору ліній мережі змінної напруги.
- 3.Чистку та змащування рухомих механічних елементів.
- 4.Заміну (за потреби) запобіжників, кнопок, лампочок, вимикачів та ін.
- 5.Налагоджувально-регулювальні роботи , а саме:
 - перевірку обертання аноду та системи накаливання рентгенівської трубки;
 - перевірку вхідної напруги джерела живлення;
 - перевірку файлів конфігурації та параметрів пристрою живлення;

- перевірку та профілактику пультів та системи працездатності робочих місць;
 - перевірку та юстування (за потреби) центрації діафрагм;
 - профілактику пристроїв (моніторів, принтерів, системних блоків), які входять в комплект комплексу та приймача з цифровою обробкою зображення ;
- 6.Забезпечення контролю фізико-технічних параметрів.

Ремонт медичного обладнання: кисневих концентраторів, стерилізаторів парових, рентгенівських апаратів (за необхідністю) включає:

Кисневі концентратори: заміна фільтрів, (профілактика системи з можливістю визначення вмісту кисню, витрат на виході з кисневих концентраторів і вимірювання тиску неагресивних газів).

Стерилізатори парові: ремонт блоку управління, ремонт водомірної колонки, заміна тенів парогенератора ,заміна прокладок парогенератора та стерилізаційної камери, чистка труби на випуск пару.

Рентгенівські апарати: ремонт пульта управління відновлення та налаштування програмного забезпечення.

Перевірка технічного стану медичного обладнання, включає:

-проведення зовнішнього огляду з метою виявлення механічних пошкоджень, слідів зносу, запиленості, діагностика кожного робочого режиму ,перевірка працездатності , перевірка вихідних параметрів медичного обладнання ,надання технічного заключення.