

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Автоклав паровий касетний класу «S» (НК 024:2019: 38671 Стерилізатор паровий) (33191110-9) (ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та виробу медичного призначення різні)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2023-05-12-011381-a

Обсяги: 1 штука

№ з/п	Конкретна назва предмета закупівлі	Назва	Одиниці виміру	Кількість
1	Автоклав паровий касетний класу «S» (НК 024:2019: 38671 Стерилізатор паровий) (33191110-9)	Автоклав паровий касетний класу «S»	штука	1

Технічні та якісні характеристики:

№	Найменування / Найменування функції, характеристики або параметра	Значення параметра або наявність функції
	Автоклав паровий касетний класу «S»	
1	Функціональні вимоги до автоклава	
1.1	Перелік наявних програм:	
	Порожнистий не упакований інструмент (S) 134°C/3,5 хв.	наявність
	Порожнистий не упакований інструмент (S) 134°C/18 хв.	наявність
	Тверdotілий не упакований інструмент (S) 134°C/3,5 хв.	наявність
	Порожнистий упакований інструмент (S) 134°C/3,5 хв.	наявність
	Порожнистий упакований інструмент (S) 134°C/18 хв.	наявність
	Гума / Пластик (S) 121°C / 15 хв.	наявність
	Гума / Пластик (S) 121°C / 30 хв.	наявність
	Тільки повітряне сушіння	наявність
1.2	Комунікаційний порт RS232	наявність

2	Вимоги та характеристики до автоклава	
2.1	Об'єм стерилізаційної камери касети	не менше 5 л
2.2	Внутрішні розміри касети	не менше 380x180x80 мм
2.3	Зовнішній розмір касети, включаючи ручку	не більше 495x195x80 мм
2.4	Розміри пристрою	не більше 550x410x190 мм
2.5	Ємність резервуара для дистильованої води	не більше 4 л
2.6	Вага пристрою (без води)	не більше 33 кг
2.7	Електрична потужність	220-240 В, 50/60 Гц
2.8	Рівень шуму	не більше 65 дБ
3	Вимоги до комплекту поставки автоклава	
3.1	Комплект поставки: - Піддон та кришка стерилізаційної касети - Шнур живлення - Емулятор стерилізації порожніх інструментів - Інструкція користувача українською мовою	наявність

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

296 036,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даних товарів.