

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості закупівлі:

Дефібрилятор (НК 024-2019 - 37805 Напівавтоматичний зовнішній дефібрилятор)(33182100-0)

ДК 021:2015 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: ВІДКРИТІ ТОРГИ з особливостями

ID: UA-2023-06-09-011823-a

Обсяги: 1 найменування

Технічні та якісні характеристики:

Найменування функції, характеристики або параметра / Значення параметра або наявність функції*	
Загальні характеристики	
Робочі режими, не гірше	Ручний/напівавтоматичний
Індикатори: тривоги, живлення, заряду батареї	Наявність
Внутрішня пам'ять, не менше	4 Gb
Динамік	Наявність
Збереження даних на внутрішню пам'ять, не менше	300 годин запису ЕКГ і перебігу подій
Тривоги: візуальні, звукові	Наявність
Вікові групи пацієнтів: дорослі, діти	Наявність
Характеристики електроживлення	
Напруга живлення	220 В, 12 В
Частота живлення змінного струму	50 / 60 Гц
Тип захисту від ураження електричним струмом, не гірше	Клас I
Вага, не більше	5.5 кг
Батарея, не гірше	3200mAh, 15 В
Час роботи батареї, не менше	5 годин
Ємність батареї, не гірше	150 разрядів по 230 Дж
Час зарядки батареї, не більше	3 годин
Дисплей	
TFT дисплей з підсвіткою	Наявність
Діагональ дисплею, не менше	7 дюйми
Роздільна здатність, не менше	800x480 пікселів
Характеристики дефібрилятора	
Форма сигналу, не гірше	двофазний (усічений експонентний тип);
Індикатор співвідношення компресій грудної клітки: вдихів	Наявність

Час зарядки між зарядами, не більше	6 сек при використанні повністю зарядженої, нової батареї до 230Дж
Діапазон імпедансу пацієнта, не гірше	Від 25 до 200Ом
Кнопки розряду на зовнішніх багаторазових рукоятках-електродах	Наявність
Можливість проведення дефібриляції дорослих і дітей за рахунок від'єднання або приєднання контактних пластин багаторазових зовнішніх рукояток-електродів	Наявність
Вихідна енергія, не гірше	Від 1-10 Дж в 1 крок, від 10-230 Дж в 10 кроків
Синхронізація відносно піку зубця R	Наявність
ЕКГ	Наявність
Вибір відведень, не гірше	5 (10 опційно)
Посилення ЕКГ, не гірше	2,5мм/мВ, 5 мм/мВ, 10мм/мВ, 20мм/мВ, 40 мм/мВ, Авто
Діапазон вимірювання ЧСС, не гірше	20-300 уд/хв
Модуль SpO2	Можливість
Модуль виміру тиску NIBP	Можливість
Модуль кардіостимулятора	Можливість
Вбудований термопринтер	Наявність
Електроди для дорослих та дітей для багаторазового використання	Наявність

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

321 171,00 UAH – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даного товару.