

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості закупівлі:

Стіл операційний електричний (НК 024:2019: 36867 — Операційний стіл, універсальний, мобільний) (33192230-3); Штатив для тривалих вливань (НК 024:2019: 36069 - Стійка для внутрішньовенних вливань) (33192330-4)

ДК 021:2015: 33190000-8 — Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: ВІДКРИТІ ТОРГИ з особливостями

ID: UA-2023-06-02-004276-a

Обсяги: 2 найменування

Технічні та якісні характеристики:

	Найменування функції, характеристики або параметра / Значення параметра або наявність функції
<i>Стіл операційний електричний</i>	
1.	Призначений для торакальної та абдомінальної хірургії, отоларингології, гінекології, ортопедії, офтальмології, урології.
2.	Тип столу – електричний. Регулювання положення секцій за допомогою пульта управління
3.	Живлення від мережі 220В та від вбудованої батареї
4.	Кількість секцій ложа не менше 5
5.	Матеріал верхньої поверхні столу рентгенопрозорий
6.	Матеріал обшивки напольної основи та колони столу неіржавіюча сталь
7.	Наявність бокових рельс для кріплення приналежностей
8.	Ширина столу не менше 500 мм
9.	Довжина столу не менше 2020 мм
10.	Наявність функції горизонтального переміщення стільниці на відстань не менше 350 мм
11.	Діапазон регулювання висоти (без матрацу) у межах 710 – 1020 мм
12.	Наявність матрацу з ефектом «пам'яті» для зниження ризику появи пролежнів
13.	Головна секція має зніматися
14.	Нахил головної секції вниз не менше 90 град, вгору не менше 45 град, механічне регулювання
15.	Нахил спинної секції вниз не менше 14 град, вгору не менше 90 град
16.	Боковий нахил не менше 21 град в кожену сторону
17.	Ножна секція, нахил вниз 90 град, вгору 15град, кут розведення не менше 180 град, має зніматися, механічне регулювання
18.	Тип ножної секції розділена
19.	Положення Тренделенбург не менше 12 град
20.	Положення Антитренделенбург не менше 22 град

21.	Безпечне навантаження не менше 200 кг
22.	Наявність ниркового мосту із висотою підйому не менше 120мм
23.	Мобільна основа на колесах
24.	Наявність механічного гальма
25.	Наявність опори для руки
26.	Наявність опори для плечей
27.	Наявність опори для тіла
28.	Наявність наркозного екрану
29.	Наявність тримачів типу Гопель
<i>Штатив для тривалих вливань</i>	
1.	Штатив для тривалих вливань використовується для установки і кріплення ємностей під час переливання лікарських препаратів і одноразових систем. Штативи застосовуються в операційних і маніпуляційних кабінетах медичних закладів.
2.	Штатив являє собою розбірну конструкцію, що складається з хрестовини (підстави), висувної стійки і флаконотримачів. До хрестовини (підстави) кріпиться трубка з гачками за допомогою затискного гвинта. Флаконотримачі встановлюються на висувну стійку, яка регулюється по висоті за допомогою затискного гвинта.
3.	Висота (регулюється): 1200- 2000±10 (мм)
4.	Підстава (діаметр): 640±10 (мм)
5.	Максимально допустиме статичне навантаження: (до 5кг)
6.	Матеріал каркасу (Профільна труба 20x20x1,2 Ст.3, кругла труба 21x2,5 Ст.3, кругла труба 12x1,5 алюмінієва, прут Ф5 Ст.3.)
7.	Колір фарбування каркасу: Білий, RAL 9003 з біоцид ними властивостями
8.	Вага виробу: до 5кг
9.	Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців
10.	Комплектація:
	Хрестовина зі стійкою: 1шт
	Висувна стійка з підвісами (гачками): 1шт
	Флаконотримач: 2шт
	Колеса на хрестовину зі стійкою: 3шт
	Інструкція із застосування (паспорт): 1шт

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:
763 000,00 UAH – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даного товару.