

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Касетний автоклав (НК 024:2019: 38671 Стерилізатор паровий) (33191110-9) (ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2023-06-12-014676-a

Обсяги: 1 штука

№ з/п	Конкретна назва предмета закупівлі	Назва	Одиниці виміру	Кількість
1	Касетний автоклав (НК 024:2019: 38671 Стерилізатор паровий) (33191110-9)	Касетний автоклав	штука	1

Технічні та якісні характеристики:

№	Найменування / Найменування функції, характеристики або параметра	Значення параметра або наявність функції
	Касетний автоклав	
1.	Загальні вимоги	
1.1	Сенсорний екран	Наявність
1.2	Веб-портал підключення до локальної мережі	Наявність
2	Функціональні вимоги до автоклава	
2.1	Перелік наявних програм:	
2.2	Порожнистий не упакований інструмент (S) 134°C/3,5 хв.	наявність
2.3	Порожнистий не упакований інструмент (S) 134°C/18 хв.	наявність
2.4	Тверdotілий не упакований інструмент (S) 134°C/3,5 хв.	наявність
2.5	Порожнистий упакований інструмент (S) 134°C/3,5 хв.	наявність
2.6	Порожнистий упакований інструмент (S) 134°C/18 хв.	наявність
2.7	Гума / Пластик (S) 121°C / 15 хв.	наявність

2.8	Гума / Пластик (S) 121°C / 30 хв.	наявність
2.9	Тільки повітряне сушіння	наявність
2.10	Послідовний порт RS232	наявність
3	Вимоги та характеристики до автоклава	
3.1	Об'єм стерилізаційної камери касети, не менш	5 л
3.2	Внутрішні розміри касети, не менш	380x180x75 мм
3.3	Зовнішній розмір касети, включаючи ручку, не менш	495 x 195 x 80 мм
3.4	Розміри пристрою, не більш	600x415x190 мм
3.5	Ємність резервуара для дистильованої води, не більш	4л
3.6	Вага пристрою (без води), не більш	34 кг
3.7	Електрична потужність	220-240В, 50/60Гц, 6А
3.8	Порт Ethernet	10/100 Base-T
3.9	USB-порт	USB 2.0
4	Вимоги до комплекту поставки автоклава	
4.1	Комплект поставки: - Піддон та кришка для касет - Шнур живлення - Емулятор стерилізації порожніх інструментів - Інструкція користувача українською мовою	Наявність (надати гарантійний лист від учасника)

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

305 000,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даних товарів.