

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмету закупівлі:

Комплект для проведення процедури безперервного життєзабезпечення (екстракорпоральна мембранна оксигенація) для дорослих (або еквівалент) (НК 024:2023: 62085 Контур екстракорпоральної серцево-легеневої допоміжної системи) (33186100-8); Венозна канюля для ЕКМО зовнішнім діаметром 23 Fr (7,7мм) та довжиною 55см (НК 024:2023: 34905 Канюля для штучного кровообігу венозна) (33186100-8); Венозна канюля для ЕКМО зовнішнім діаметром 25 Fr (8,3мм) та довжиною 55см (НК 024:2023: 34905 Канюля для штучного кровообігу венозна) (33186100-8); Артеріальна канюля для ЕКМО зовнішнім діаметром 19 Fr (6,3мм) та довжиною 23см (НК 024:2023: 34893 Канюля для штучного кровообігу артеріальна) (33186100-8); Артеріальна канюля для ЕКМО зовнішнім діаметром 21 Fr (7,0мм) та довжиною 23см (НК 024:2023: 34893 Канюля для штучного кровообігу артеріальна) (33186100-8); Набір для черезшкірного введення канюль для ЕКМО, за технікою Сельдінгера (скальпель, пункцій на голка, провідник 100 см, розширювачі, шприц) (НК 024:2023: 58865 Набір для введення судинного катетера) (33186100-8); Набір для черезшкірного введення канюль для ЕКМО, за технікою Сельдінгера(скальпель, пункцій на голка, провідник 150 см, розширювачі, шприц) (НК 024:2023: 58865 Набір для введення судинного катетера) (33186100-8);

ДК 021:2015 - 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги (UA-2023-08-09-012511-a).

Обсяг закупівлі: 7 найменувань

Термін постачання товару: до 31 грудня 2023 р.

Технічні та якісні характеристики:

Медико-технічні вимоги	Кількість
1.) Набір має бути призначеним для догляду за пацієнтами у відділеннях інтенсивної терапії, що потребують підключення до системи штучної легені та/чи штучного кровообігу протягом тривалого часу (екстра-кторпоральної мембранної оксигенації (ЕКМО) та складатись з наступних компонентів:	5 шт
1.1. Оксигенатору	

1.2. Голівки центрифужного насосу
1.3. Набору трубок
1.4. Мати спеціальне гепариново-альбумінове покриття
1.5. Набір для первинного заповнення
2.) Набір має бути придатний для використання тривалістю не менше 14 днів.
3.) Загальний об'єм заповнення набору має бути не більшим 600 мл
4.) Об'єм голівки центрифуги не більше 34 мл
5.) Площа поверхні мембрани оксигенатора має бути не менше 1,8 м ²
6.) Площа поверхні теплообмінника не менше 0,4 м ²
7.) Швидкість потоку крові має бути в межах не гірше ніж 0,5- 7 л/хв.
8.) Максимальний потік газу 12 л/хв.
9.) Матеріал волокон для газообміну в оксигенаторі- поліметилпентен

Позиція №2. НК 024:2023: 34905 – Канюля для штучного кровообігу венозна

Медико-технічні вимоги	Кількість
Венозна канюля для ЕКМО зовнішнім діаметром 23 Fr (7,7мм) та довжиною 55см	2шт

Позиція №3. НК 024:2023: 34905 – Канюля для штучного кровообігу венозна

Медико-технічні вимоги	Кількість
Венозна канюля для ЕКМО зовнішнім діаметром 25 Fr (8,3мм) та довжиною 55см	3шт

Позиція №4. НК 024:2023: 34893 - Канюля для штучного кровообігу артеріальна

Медико-технічні вимоги	Кількість
Артеріальна канюля для ЕКМО зовнішнім діаметром 21 Fr (7,0мм) та довжиною 23см	2шт

Позиція №4. НК 024:2023: 34893 - Канюля для штучного кровообігу артеріальна

Медико-технічні вимоги	Кількість
Артеріальна канюля для ЕКМО зовнішнім діаметром 19 Fr (6,3мм) та довжиною 23см	3шт

Позиція №6. НК 024:2023: 58865 – Набір для введення судинного катетера

Медико-технічні вимоги	Загальна кількість
Набір для черезшкірного введення канюль для ЕКМО, за технікою Сельдінгера (скальпель, пункцій на голка, провідник 100 см, розширювачі, шприц)	5шт

Позиція №7. НК 024:2023: 58865 – Набір для введення судинного катетера

Медико-технічні вимоги	Загальна кількість
Набір для черезшкірного введення канюль для ЕКМО, за технікою Сельдінгера(скальпель, пункцій на голка, провідник 150 см, розширювачі, шприц)	5шт

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:
1241727,00 грн. з ПДВ - Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)