

**Найменування замовника:**

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

**Код згідно з ЄДРПОУ замовника:** 01982940

**Місцезнаходження замовника:**

вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

**Категорія замовника:**

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**ОБГРУНТУВАННЯ**

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості закупівлі:

**Двокамерний тимчасовий кардіостимулятор (НК 024:2023: 35224 -  
Електрокардіостимулятор зовнішній інвазивний) (33182210-4)  
ДК 021:2015: 33180000-5 - Апаратура для підтримування фізіологічних  
функцій організму**

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** ВІДКРИТІ ТОРГИ з особливостями  
ID: UA-2023-08-16-010854-a

**Обсяги:** 1 найменування

**Технічні та якісні характеристики:**

№ п/п	Найменування функції, характеристики або параметра / Значення параметра або наявність функції
1.	Режим ритмоведення – DDD, DDI, DOO, AAI, AOO, VVI, VOO
2.	Мінімальна частота стимуляції не більше 30 імп/хв .
3.	Максимальна частота стимуляції не менше 200 імп/хв.
4.	Максимальне значення високочастотної стимуляції не менше 800 імп/хв.
5.	Мінімальна чутливість передсердя не більше 0.4 мВ, максимальна не менше 10 мВ.
6.	Мінімальна чутливість шлуночків не більше 0,8 мВ, максимальна чутливість не менше 20 мВ.
7.	Мінімальна амплітуда вихідної потужності імпульсів передсердь не більше 0,1 мА, максимальна не менше 20мА.
8.	Мінімальна амплітуда вихідної потужності імпульсів шлуночків не більше 0,1 мА, максимальна не менше 25мА.
9.	Тривалість імпульсів передсердь -1,0 мс , шлуночків- 1,5 мс
10.	Мінімальне значення AV-інтервалу не більше 50 мс, максимальне значення AV-інтервалу не менше 250 мс.
11.	Рефракторний період: передсердя – 150-500 мс.
12.	Можливість заміни батареї без припинення ритмоведення не менше 30с.
13.	Наявність функції самоперевірки ЕКС.
14.	Наявність функції захисту від розряду дефібрилятора.
15.	Наявність індикатора розряду батареї.

**Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:**

**260 100,00 UAH** – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даних товарів, в тому числі через електронну систему закупівель ПРОЗОРРО.