

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості закупівлі:

Пробірка для забору капілярної крові, 0,25 мл, ЕДТА К3, бузкова кришка, з капіляром (НК 024:2023: 57900 Пробірка для збору зразків крові не вакуумна ІВД, з EDTA) (33192500-7); Пробірка вакуумна, 4 мл, 13x75 мм, ЕДТА К3, бузкова кришка (НК 024:2019: 43588 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові ІVD, з К3 ЕДТА) (33192500-7); Пробірка вакуумна, 4 мл, 13x75 мм, Натрію цитрат, блакитна кришка (НК 024:2019: 42585 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з цитратом натрію, ІVD) (33192500-7); Пробірка вакуумна, 4 мл, 13x75 мм, Літій гепарин, зелена кришка (НК 024:2019: 47589 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові ІVD, з літію гепарином) (33192500-7); Пробірка вакуумна, 9 мл, 16x100 мм, без наповнювача, червона кришка (НК 024:2019 - 47590 - Пробірка вакуумна для відбору зразків крові ІVD, без добавок) (33192500-7); (ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та виробу медичного призначення різні)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Запит (ціни) пропозицій ID: UA-2023-10-05-011906-a

Обсяги: 5 найменувань.

Технічні та якісні характеристики:

№ з/п	Конкретна назва предмета закупівлі	Назва та опис *	Одиниця виміру	Кількість
1.	Пробірка для забору капілярної крові, 0,25 мл, ЕДТА К3, бузкова кришка, з капіляром (НК 024:2023: 57900 Пробірка для збору зразків крові не вакуумна ІВД, з EDTA) (33192500-7)	Пробірка для забору капілярної крові, 0,25 мл, ЕДТА К3, бузкова кришка, з капіляром; Мікропробірка має бути об'ємом 0,25 мл. Наповнювач: ЕДТА К3. Кришка мікропробірки повинна бути бузкового кольору. Мікропробірка повинна бути стерильна та мати капіляр.	шт	9 000
2.	Пробірка вакуумна, 4 мл, 13x75 мм, ЕДТА К3, бузкова кришка (НК 024:2019: 43588 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові ІVD, з К3 ЕДТА) (33192500-7)	Пробірка вакуумна, 4 мл, 13x75 мм, ЕДТА К3, бузкова кришка; Пробірка вакуумна має бути об'ємом 4 мл. Розмір пробірки 13x75 мм. Наповнювач: ЕДТА К3. Колір кришки пробірки вакуумної – бузковий. Вакуумна пробірка повинна бути стерильна.	шт	25 000

3.	Пробірка вакуумна, 4 мл, 13x75 мм, Натрію цитрат, блакитна кришка (НК 024:2019: 42585 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з цитратом натрію, IVD) (33192500-7)	Пробірка вакуумна, 4 мл, 13x75 мм, Натрію цитрат, блакитна кришка; Пробірка вакуумна має бути об'ємом 4 мл. Розмір пробірки 13x75 мм. Наповнювач: Натрію цитрат. Колір кришки пробірки вакуумної – блакитний. Вакуумна пробірка повинна бути стерильна.	шт	7 500
4.	Пробірка вакуумна, 4 мл, 13x75 мм, Літій гепарин, зелена кришка (НК 024:2019: 47589 Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, з літію гепарином) (33192500-7)	Пробірка вакуумна, 4 мл, 13x75 мм, Літій гепарин, зелена кришка; Пробірка вакуумна має бути об'ємом 4 мл. Розмір пробірки 13x75 мм. Наповнювач: Літій гепарин. Колір кришки пробірки вакуумної – зелений. Вакуумна пробірка повинна бути стерильна.	шт	5 000
5.	Пробірка вакуумна, 9 мл, 16x100 мм, без наповнювача, червона кришка (НК 024:2019 - 47590 - Пробірка вакуумна для відбору зразків крові IVD, без добавок) (33192500-7)	Пробірка вакуумна, 9 мл, 16x100 мм, без наповнювача, червона кришка Пробірка вакуумна має бути об'ємом 9 мл. Розмір пробірки 16x100. Без наповнювача. Колір кришки пробірки вакуумної - червоний. Вакуумна пробірка повинна бути стерильна.	шт	1 300

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:
145 389,00 грн – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг закупівель на prozorro.gov.ua.