

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості закупівлі:

Оксигенатор для дорослих з комплектом магістралей (НК 024: 2023: 17643 – Екстракорпоральний мембранний оксигенатор) (33186100-8)

ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: ВІДКРИТІ ТОРГИ з особливостями UA-2023-10-02-011687-а

Обсяги: 1 найменування

Технічні та якісні характеристики:

№ з/п	Конкретна назва предмета закупівлі	Найменування функції, характеристики або параметра / Значення параметра або наявність функції	Одиниця виміру	Кількість
1.	Оксигенатор для дорослих з комплектом магістралей (НК 024: 2023: 17643 – Екстракорпоральний мембранний оксигенатор) (33186100-8) ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму	Мембранні оксигенатори повинні постачатися з теплообмінником, комплектом магістралей та артеріальним фільтром, а також мають бути укомплектовані венозно-кардіотомічним резервуаром. Стінки оксигенатору повинні бути покриті біосумісним покриттям гепариновим Статичний об'єм заповнення модулю оксигенатора не менше 280 мл Площа поверхні мембрани оксигенатора не менше 2,5 м2 Ємність венозного резервуару не менше 4000 мл Максимальна швидкість току крові не менше 7 л/хв Перенос кисню при швидкості потоку крові 7 л/хв не менше 400 мл/хв Падіння тиску для потоку крові 4 л/хв не вище 50 мм рт.ст Первинний об'єм заповнення оксигенатору не менше 275 мл Мінімальний безпечний рівень крові в венозному кардіотомічному резервуарі не більше 200 мл Кардіотомічний резервуар повинен мати фільтр з розміром пор не більше 35 мкм Артеріальний фільтр з об'ємом заповнення не більше 170 мл та діаметром пор не менше 35 мкм Комплект магістралей повинен включати лінію насоса з силіконовим сегментом, лінію артеріального фільтру, лінію рециркуляції та 3 кардіотомічних відсмоктувача.	шт	10

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:
200 000,00 UAH – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даних товарів.