

**Найменування замовника:**

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

**Код згідно з ЄДРПОУ замовника:** 01982940

**Місцезнаходження замовника:**

вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

**Категорія замовника:**

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**ОБГРУНТУВАННЯ**

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості закупівлі:

**Кисневий концентратор (НК 024: 2023: 12873 Стационарний концентратор кисню) (33157800-3) ДК 021:2015: 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії**

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** ВІДКРИТІ ТОРГИ з особливостями

ID: UA-2023-11-30-011050-a

**Обсяги:** 1 найменування

**Технічні та якісні характеристики:**

№	Найменування функції, характеристики або параметра / Значення параметра або наявність функції	
<b>1.</b>	<b>Призначення:</b>	
1.1	Кисневий концентратор повинен забезпечувати отримання кисню високої концентрації з навколишнього повітря	
1.2	Кисневий концентратор повинен бути призначений для кисневої терапії пацієнтів та повинен бути придатним для роботи з наркозно дихальними апаратами і апаратами штучної вентиляції легень	
<b>2.</b>	<b>Технічні параметри:</b>	
2.1	Продуктивність (витрата кисню), л/хв	не гірше від 0 до 20
2.2	Концентрація кисню, %	не менше 90
2.3	Тиск кисню на виході, МПа	не гірше від 0.14 - 0.40
2.4	Рівень шуму, дБ	≤ 60
2.5	Напруга живлення, В	~230В±23В
2.6	Частота, Гц	50Гц±1Гц
2.7	Номинальна потужність, Вт	не більше 2500
2.8	Габаритні розміри (довжина×ширина×висота), мм	не більше 1000×500×1500
2.9	Рефрижераторний осушувач повітря	наявність
2.10	РК-дисплей	наявність
2.11	Відображення на дисплеї тиску на виході	наявність
2.12	Відображення на дисплеї сумарного часу напруцювання	наявність
2.13	Відображення на дисплеї тривалості сеансу	наявність
2.14	Відображення на дисплеї або індикація високої концентрації кисню (≥ 84%)	наявність
2.15	Відображення на дисплеї або індикація низької концентрації кисню (менше 84%)	наявність
2.16	Відображення на дисплеї або індикація низького тиску на виході (≤ 0.25 МПа)	наявність
2.17	Відображення на дисплеї або індикація високого тиску на виході (≥ 0.45 МПа)	наявність
2.18	Індикація перегріву (температура ≥ 80°C)	наявність

2.19	Тривалість виходу на робочий режим, хв	не більше 20
3.	<b>Комплектація :</b>	
3.1	Кисневий концентратор	1 шт.
3.2	Шланг кисневий (5 м)	1 шт.
3.3	Швидкознімний з'єднувач шланга кисневого	1 шт.
3.4	Трубка відведення конденсату	1 шт.
3.5	Перший вхідний повітряний фільтр	4 шт.
3.6	Другий вхідний повітряний фільтр	18 шт.
3.7	Третій вхідний повітряний фільтр	6 шт.
3.8	Інструкція з експлуатації	1 шт.

**Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:**  
**233 788,00 UAH** – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг потенційних постачальників даних товарів на ринку та через систему Прозоро.