

**Найменування замовника:**

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

**Код згідно з ЄДРПОУ замовника:** 01982940

**Місцезнаходження замовника:**

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

**Категорія замовника:**

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**ОБГРУНТУВАННЯ**

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Профілактичне обслуговування обладнання з використанням I1000SR PM KIT Набір для обслуговування i1000SR (50421000-2); Обслуговування зони розчинів і відходів з заміною 7-200607-01 Valve, Bypass, 2 Way Клапан обхідний, двоходовий (50421000-2); Обслуговування дивертора промивальної зони з заміною 7-200607-01 Valve, Bypass, 2 Way Клапан обхідний, двоходовий (50421000-2); Обслуговування нижньої рідинної зони з заміною 7-77612-04 Valve, Manifold Kit (RoHS) Клапан колектора рідини, набір (50421000-2); Обслуговування промивної чашки і верхнього зливного маніфолда з заміною 7-77612-04 Valve, Manifold Kit (RoHS) Клапан колектора рідини, набір (50421000-2); Проведення перевірочних процедур аналізатора (50421000-2); Перевірка працездатності аналізатора (50421000-2) (ДК 021:2015: 50420000-5) **Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)**

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:**

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2024-01-22-016045-a

**Обсяги:** 7 послуг (згідно з технічним завданням)

Обсяг послуг зумовлений необхідністю проведення технічного обслуговування та ремонту хемілюмінісцентного аналізатора ARCHITECT i1000sr виробництва Abbott (США) відповідно до нормативів та рекомендацій виробника даного обладнання.

**Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:**

114 000,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних надавачів даних послуг.

**Технічні та якісні характеристики:**

№	Назва послуги / Порядок надання послуги	Вимоги
1	Профілактичне обслуговування обладнання з використанням I1000SR PM KIT Набір для обслуговування i1000SR	1 послуга
	Обслуговування обладнання проводиться відповідно до інструкції з експлуатації з використанням: I1000SR PM KIT Набір для обслуговування i1000SR	Дотримання порядку надання послуги
2	Обслуговування зони розчинів і відходів з заміною 7-200607-01 Valve, Bypass, 2 Way Клапан обхідний, двоходовий	1 послуга

	Обслуговування обладнання проводиться відповідно до інструкції з експлуатації із заміною: Valve, Bypass, 2 Way Клапан обхідний, двоходовий	Дотримання порядку надання послуги
<b>3</b>	Обслуговування дивертора промивальної зони з заміною 7-200607-01 Valve, Bypass, 2 Way Клапан обхідний, двоходовий	<b>1 послуга</b>
	Обслуговування обладнання проводиться відповідно до інструкції з експлуатації із заміною: Valve, Bypass, 2 Way Клапан обхідний, двоходовий	Дотримання порядку надання послуги
<b>4</b>	Обслуговування нижньої рідинної зони з заміною 7-77612-04 Valve, Manifold Kit (RoHS) Клапан колектора рідини, набір	<b>1 послуга</b>
	Обслуговування обладнання проводиться відповідно до інструкції з експлуатації із заміною: Valve, Manifold Kit (RoHS) Клапан колектора рідини, набір	Дотримання порядку надання послуги
<b>5</b>	Обслуговування промивної чашки і верхнього зливного маніфолда з заміною 7-77612-04 Valve, Manifold Kit (RoHS) Клапан колектора рідини, набір	<b>1 послуга</b>
	Обслуговування обладнання проводиться відповідно до інструкції з експлуатації із заміною: Valve, Manifold Kit (RoHS) Клапан колектора рідини, набір	Дотримання порядку надання послуги
<b>6</b>	Проведення перевірочних процедур аналізатора	<b>1 послуга</b>
	Перевірочні процедури аналізатора проводяться відповідно до інструкції з експлуатації	Дотримання порядку надання послуги
<b>7</b>	Перевірка працездатності аналізатора	<b>1 послуга</b>
	Перевірка працездатності аналізатора проводиться відповідно до інструкції з експлуатації	Дотримання порядку надання послуги