

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Безконтактний тонометр (НК 024:2023:35399 – Тonomетр офтальмологічний із живленням від мережі) (33122000-1); Чотирьохдзеркальна гоніо лінза з великим кільцем (НК 024:2023:47946 - Лінза конденсорна діагностична) (33122000-1) ДК 021:2015:33120000-7: Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2024-02-13-012690-a

Обсяги: 2 найменування (згідно з технічним завданням)

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

656 900,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даних товарів.

Технічні та якісні характеристики:

Безконтактний тонометр – 1 шт		
№	Найменування функції, характеристики або параметра	Значення параметра або наявність функції
1.	Апарат призначений для вимірювання внутрішньо очного тиску безконтактним методом.	відповідність
2.	Вимірювання «Оцінка» показує достовірність показань.	відповідність
3.	Вимірювання тиску	мм рт.ст. або Па.
4.	Область вимірювання згідно стандарту до тонометрів ISO 8612	до 60 мм рт.ст.
5.	Механізм для позиціонування, який рухається вправо чи вліво для правильного розміщення пацієнта.	наявність
6.	Просте та швидке позиціонування пацієнта – відсутність опори для підборіддя, джойстика та контролю підйому.	відповідність
7.	Простий у користуванні - управління за допомогою сенсорного екрану.	наявність
8.	Передача даних на комп'ютер	наявність USB-порту для під'єднання до ПК.
9.	Можливість роздрукувати отримані дані вимірювання за допомогою вбудованого термопринтеру.	наявність
10.	Енергозбереження – функція автоматичного вимкнення	через 5, 10, 20, 90 хв.
11.	Режим потрійного вимірювання при одному натисканні кнопки.	наявність
12.	Режим автоматичного одиничного повітряного «пострілу».	наявність
13.	Наведення та вимірювання проводяться автоматично.	відповідність

14.	Вимірювання проводиться за допомогою м'якого повітряного «пострілу».	відповідність
15.	Режим демонстрації повітряного «пострілу».	наявність
16.	Детектор невдалого вимірювання.	наявність
17.	Вимірювання внутрішньоочного тиску (ВОТ), яке відкоректоване в залежності від біомеханічних властивостей рогівки (ВОТрк).	наявність
18.	Одочасний вивід на екран ВОТ, и ВОТрк.	наявність
19.	Кількісна оцінка якості вимірювання.	наявність
20.	Інтелектуальний режим усереднення результатів, оснований на оцінці якості вимірювання.	наявність
21.	Фіксаційна мітка	світлодіод
22.	Друк на одному бланку ВОТ, ВОТрк і кількісна оцінка якості вимірювання.	наявність
23.	Упор для лоба.	наявність
24.	Габарити	
24.1.	Вага приладу	не більше 10,5 кг
24.2.	Висота	не більше 50.2 см
24.3.	Ширина	не більше 26.7см
24.4.	Глибина	не більше 35.6 см
25.	Вхідна напруга	- 100 - 240V, 50/60Hz
26.	Запобіжник - T2AL	250 В змінного струму
27.	До комплекту поставки має входити стіл з електропідйомним механізмом	Надати гарантійний лист
Чотирьохдзеркальна гоніо лінза з великим кільцем – 1 шт		
№	Найменування функції, характеристики або параметра	Значення параметра або наявність функції
1	Збільшення зображення	1.0x
	Діаметр контакту	8.5 mm
	Висота лінзи	28 mm
	Діаметр кільця	31.5 mm
	Статичний кут огляду Gonіo	90° +
	Кейс пластиковий	наявність