

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Набір етиленоксидного газового картриджу (ARQ 20) (НК:024:2023: 44834 Суміш газова для стерилізації інструментів на основі оксиду етилену) (33124110-9); Набір етиленоксидного газового картриджу сумісний контейнером з автоматизованою системою активації (AR 11) (НК:024:2023: 44834 Суміш газова для стерилізації інструментів на основі оксиду етилену) (33124110-9); Хімічний інтегратор контролю стерилізації (НК:024:2023: 35362 Індикатор хімічний/фізичний для контролювання стерилізації) (33124110-9) ДК 021:2015: 33120000-7 Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2024-03-26-009422-a

Обсяги: 3 найменування (згідно з технічним завданням)

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

115 955,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даних товарів в системі Prozzoro.

Технічні та якісні характеристики:

Найменування функції, характеристики або параметри / Значення параметра або наявність функції		
1.Набір етиленоксидного газового картриджу (ARQ 20)		
№	Найменування функції, характеристики або параметра	Значення параметра або наявність функції
1	Сумісні з етиленоксидним газовим стерилізатором AXIS з об'ємом камери не менше 135 літрів	Відповідність
2	Діюча речовина	Етиленоксид
3	Вміст діючої речовини в картриджі (ампулі)	20 (+/-2) грама
4	Елемент зволоження середовища	Наявність
5	Елемент для закриття пакету	Наявність
6	Ємність для стерилізації (пакет) з об'ємом не менше 130 літрів	Наявність
7	Термін придатності на момент поставки, не менше	70%
2.Набір етиленоксидного газового картриджу сумісний контейнером з автоматизованою системою активації (AR 11)		
№ п/п	Найменування функції, характеристики або параметра	Необхідне значення параметра або наявність функції

1	Сумісні з контейнером з автоматизованою системою активації картриджа етіленоксидного газового стерилізатору AXIS	Відповідність
2	Діюча речовина	Етиленоксид
3	Вміст діючої речовини в картриджі (ампулі)	11 (+/-2) грама
4	Елемент зволоження середовища	Наявність
5	Дозиметр етиленоксиду	Наявність
6	Термін придатності на момент поставки, не менше	70%

3.Хімічний інтегратор контролю стерилізації

	Найменування функції, характеристики або параметра	Необхідне значення параметра або наявність функції
1	Призначений для хімічного контролю етіленоксидної низькотемпературної стерилізації	Відповідність
2	Можливість хімічного контролю етіленоксидної стерилізації за поєднанням параметрів дії хімічної речовини, температури та вологості	Відповідність
3	Отримання результатів безпосередньо після закінчення стерилізації	Відповідність