

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Система контролю рівня глюкози в крові On Call Extra (НК 024:2023: 63087 Система контролювання рівня глюкози/артеріального тиску в домашніх умовах (33124100-6); Апарат EasyTouch для вимірювання рівня глюкози/ холестерину в крові (НК 024:2023: 63087 Система контролювання рівня глюкози/артеріального тиску в домашніх умовах (33124100-6) ДК 021:2015:33120000-7: Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2024-02-22-012131-a

Обсяги: 2 найменування (згідно з технічним завданням)

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

68 867,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даних товарів в системі Prozzogo.

Технічні та якісні характеристики:

Система контролю рівня глюкози в крові On Call Extra – 98 шт.		
	Найменування функції, характеристики або параметра	Значення параметра або наявність функції
1.	Межа виміру	(від 10 до 600 mg / dL)
2.	Калібрування результату	Еквівалент плазми
3.	Зразок	Свіжа цільна капілярна кров
4.	Мінімальний обсяг зразка	µL
5.	Час вимірювання	4 секунди
6.	Джерело живлення	Дві (2) батарейки типу CR 2032 3.0V
7.	Термін роботи батареї	12 місяців або приблизно 1 000 вимірювань
8.	Одиниці виміру	мілімоль на літр (mmol / L)
9.	Пам'ять	До 500 записів з часом і датою
10.	Індикатор гіпер /гіпоглікемії	Так
11.	Індикатор кетонів	Так
12.	Нагадування про тестування	Так

13.	Позначка «до їжі/після їжі»	Так
14.	Викидач використаної смужки	Так
15.	Автоматичне вимкнення	Через 2 хвилини після останньої операції
16.	Розміри приладу	мм x 48.3 мм x 16.0 мм
17.	Розмір екрана	мм x 34.2. мм
18.	Вага 30 г	г (з встановленими батарейками)
19.	Робоча температура	
20.	Відносна робоча вологість	10-93% (без конденсації)
21.	Рівень гематокриту	
22.	Порт даних	даних 9600 бод, 8 біт інформації, 1стоповий біт, непарний

Апарат EasyTouch для вимірювання рівня глюкози/ холестерину в крові – 13 шт.

	Найменування функції, характеристики або параметра	Значення параметра або наявність функції	
1.	Визначення показника	Глюкоза	Холестерин
2.	Діапазон показів	Від 20 до 600мг/дл (від 1,1 до 33.3 ммоль/л)	100 ~ 400 мг/дл (2,6 ~10,4 ммоль/л)
3.	Місткість пам'яті	200 результатів вимірювань	50 результатів вимірювань
4.	Час оцінювання	10 с	150с
5.	Об'єм проби крові	≥ 4 μл	≥ 15 μл
6.	Калібрування	За еквівалентом плазми	
7.	Тип зразка крові	Капілярна цільна кров з пальця	
8.	Метод оцінювання	Амперометричний	
9.	Робочі умови Температура навколишнього повітря Відносна вологість навколишнього повітря	Від 14 до 40 °С 20 – 85%	
10.	Умови зберігання, транспортування Температура навколишнього повітря Відносна вологість навколишнього повітря	Від мінус 10 до 60°С До 95 % (для апарату) Від 4 до 30°С (для тест-смужок)	
11.	Гематокритний діапазон	Від 35 до 50%	Від 30 до 55%
12.	Вага	59г без батарейок	
13.	Електричне живлення	2 батарейки ААА напругою по 1,5 В	
14.	Габаритні розміри	88 мм x 64 мм x 22 мм	
15.	Розміри дисплея	35 мм x 45 мм	
16.	Строк служби батарейок	Не менше 1000 циклів оцінювання	