

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Технічне обслуговування комплексу рентгенівського діагностичного КРДЦ-01-Альфа (50421200-4); Технічне обслуговування системи рентгенівської мобільної IMAX 1010V (50421200-4); Технічне обслуговування система рентгенівської діагностичної REX-650R (50421200-4); Технічне обслуговування системи рентгенівської мобільної КМС-650 (50421200-4); Технічне обслуговування апарата рентгенівського діагностичного ТІТАН 2000 (50421200-4); Технічне обслуговування системи рентгенівської мамографічної VIOLA (50421200-4); Технічне обслуговування апарата рентгенівського діагностичного CALYPSO F (50421200-4); Технічне обслуговування системи рентгенівської мобільної IMAX 112C (50421200-4); Технічне обслуговування апарата рентгенівського діагностичного KAIGEN-65R (50421200-4); Ремонт карти інтерфейсу LPT керуючого комп'ютера системи, ремонт генератора КМ-НСІМ-А (50421000-2); Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового ГК-100-3М № 2346 (50421000-2); Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового ГК-100-3М № 1294 (50421000-2); Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового ГК-100-3 № 1109 (50421000-2); Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового СПГК-100№ 1250467 (50421000-2); Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового ГК-100 № 1393 (50421000-2); Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового ГК-100-3 № 050408810 (50421000-2); Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового ГК-100-3№ 1403 (50421000-2); Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового ВК-75№ 5731 (50421000-2); Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового ВК-75№ 4818(50421000-2); Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового ВК-75№ 260 (50421000-2); Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового ВК-75№ 4048 (50421000-2); Послуги з поточного ремонту кисневих концентраторів (50421000-2) ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2024-03-12-013709-a

Обсяги: 168 послуг (згідно з технічним завданням)

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

716 000,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даних товарів.

Технічні та якісні характеристики:

№	Назва послуги / Порядок надання послуги	Од. вим.	К-сть
1	Технічне обслуговування комплексу рентгенівського діагностичного КРДЦ-01-Альфа (50421200-4)	послуга	4
2	Технічне обслуговування системи рентгенівської мобільної ІМАХ 1010V (50421200-4)	послуга	4
3	Технічне обслуговування система рентгенівської діагностичної REX-650R (50421200-4)	послуга	4
4	Технічне обслуговування системи рентгенівської мобільної КМС-650 (50421200-4)	послуга	4
5	Технічне обслуговування апарата рентгенівського діагностичного ТІТАН 2000 (50421200-4)	послуга	4
6	Технічне обслуговування системи рентгенівської мамографічної VIOLA (50421200-4)	послуга	4
7	Технічне обслуговування апарата рентгенівського діагностичного CALYPSO F (50421200-4)	послуга	4
8	Технічне обслуговування системи рентгенівської мобільної ІМАХ 112С (50421200-4)	послуга	4
9	Технічне обслуговування апарата рентгенівського діагностичного КАІГЕН-65R (50421200-4)	послуга	4
10	Послуги з ремонту рентген апарата Титан 2000 (50421000-2)	послуга	1
	Ремонт карти інтерфейсу LPT керуючого комп'ютера системи, ремонт генератора КМ-НСІМ-А	послуга	1
11	Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового ГК-100-3М № 2346 (50421000-2)	послуга	12
	Зовнішній огляд, виявлення несправності, розбирання	послуга	1
	Перевірка роботи вузлів , регулювання та профілактика	послуга	1
	Заміна ущільнювачів прокладок парогенератора та стерилізаційної камери	послуги	2
	Заміна штанів парогенератора	послуга	1
	Заміна траверси ЦТ129.01.200	послуга	1
	Заміна кранів: метелик ,водяний	послуга	2
	Заміна датчика рівня води	послуга	2
	Відновлення різьби на парогенераторі	послуга	1
	Збирання та проведення гідравлічних випробувань	послуга	1
12	Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового ГК-100-3М № 1294 (50421000-2)	послуга	12
	Зовнішній огляд, виявлення несправності, розбирання	послуга	1
	Перевірка роботи вузлів , і їх регулювання та профілактика	послуга	1

	Заміна ущільнювачів прокладок стерилізаційної камери та конденсатора	послуга	2
	Заміна датчика рівня води	послуга	2
	Заміна змієвика конденсатора	послуга	1
	Заміна реле 24 V, 220 V, та сигнальних лампочок	послуга	2
	Збирання та проведення гідравлічних випробувань	послуга	1
13	Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового ГК-100-3 № 1109 (50421000-2)	послуга	12
	Зовнішній огляд, виявлення несправності, розбирання	послуга	1
	Перевірка роботи вузлів, регулювання та профілактика	послуга	1
	Заміна ущільнювачів прокладок стерилізаційної камери	послуга	1
	Заміна датчика рівня води	послуга	2
	Заміна водомірної колонки	послуга	1
	Заміна кранів: метелик, водяний	послуга	2
	Відновлення різьби на парогенераторі під водомірну колонку	послуга	1
	Заміна електричних проводів, та сигнальної лампочки	послуга	2
	Збирання та проведення гідравлічних випробувань	послуга	1
14	Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового СПГК-100 № 1250467 (50421000-2)	послуга	12
	Зовнішній огляд, виявлення несправності, розбирання	послуга	1
	Перевірка роботи вузлів, регулювання та профілактика	послуга	1
	Заміна ущільнювачів прокладок парогенератора та стерилізаційної камери	послуга	2
	Заміна водомірного скла	послуга	1
	Заміна конденсатора в зборі	послуга	1
	Заміна крана вакууму та крана пари в камері	послуга	2
	Заміна кришки парогенератора	послуга	1
	Заміна комплекту тенів 6 шт	послуга	1
	Ремонт блоку управління	послуга	1
	Збирання та проведення гідравлічних випробувань	послуга	1
15	Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового ГК-100 № 1393 (50421000-2)	послуга	13
	Зовнішній огляд, виявлення несправності, розбирання	послуга	1
	Перевірка роботи вузлів, регулювання та профілактика	послуга	1
	Заміна ущільнювачів прокладок парогенератора та стерилізаційної камери	послуга	2
	Заміна кранів: метелик, водяний	послуга	2
	Заміна датчика рівня води	послуга	2
	Заміна штанів парогенератора	послуга	1

	Заміна водомірного скла	послуга	1
	Заміна електроконтактного манометра	послуга	1
	Ремонт конденсатора	послуга	1
	Збирання та проведення гідравлічних випробувань	послуга	1
16	Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового ГК-100-3 № 05040810 (50421000-2)	послуга	8
	Зовнішній огляд, виявлення несправності, розбирання	послуга	1
	Перевірка роботи вузлів , регулювання та профілактика	послуга	1
	Заміна ущільнювачів прокладок парогенератора та стерилізаційної камери	послуга	2
	Заміна датчика рівня води	послуга	2
	Заміна колонки в зборі	послуга	1
	Збирання та проведення гідравлічних випробувань	послуга	1
17	Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового ГК-100-3 № 1403 (50421000-2)	послуга	13
	Зовнішній огляд, виявлення несправності, розбирання	послуга	1
	Перевірка роботи вузлів , регулювання та профілактика	послуга	1
	Заміна ущільнювачів прокладок стерилізаційної камери	послуга	1
	Заміна парогенератора в зборі	послуга	1
	Заміна траверси ЦТ129.01.200	послуга	1
	Заміна скла водомірного	послуга	1
	Заміна кранів: метелик, водяний	послуга	2
	Заміна датчика рівня води	послуга	2
	Заміна штанів парогенератора	послуга	1
	Заміна комплекту тенів 6 шт	послуга	1
	Збирання та проведення гідравлічних випробувань	послуга	1
18	Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового ВК-75 № 5731 (50421000-2)	послуга	7
	Зовнішній огляд, виявлення несправності, розбирання	послуга	1
	Перевірка роботи вузлів, регулювання та профілактика	послуга	1
	Заміна прокладки стерилізаційної камери	послуга	1
	Заміна шлангу гумового та штуцера	послуга	1
	Заміна кранів: водяний	послуга	1
	Ремонт крана пари в камері	послуга	1

	Збирання та проведення гідравлічних випробувань	послуга	1
19	Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового ВК-75 № 4818 (50421000-2)	послуга	8
	Зовнішній огляд, виявлення несправності, розбирання	послуга	1
	Перевірка роботи вузлів , регулювання та профілактика	послуга	1
	Заміна прокладки стерилізаційної камери	послуга	1
	Ремонт електроконтактного манометра	послуга	1
	Заміна тенів	послуга	3
	Збирання та проведення гідравлічних випробувань	послуга	1
20	Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового ВК-75 № 260 (50421000-2)	послуга	7
	Зовнішній огляд , виявлення несправності, розбирання	послуга	1
	Перевірка роботи вузлів , регулювання та профілактика	послуга	1
	Заміна прокладки стерилізаційної камери	послуга	1
	Заміна запобіжного клапану	послуга	1
	Заміна кранів: метелик, водяний	послуга	2
	Збирання та проведення гідравлічних випробувань	послуга	1
21	Послуги з поточного ремонту стерилізатора парового ВК-75 № 4048 (50421000-2)	послуга	5
	Зовнішній огляд, виявлення несправності розбирання	послуга	1
	Перевірка роботи вузлів , регулювання та профілактика	послуга	1
	Заміна прокладки стерилізаційної камери	послуга	1
	Ремонт крана пари в камері	послуга	1
	Збирання та проведення гідравлічних випробувань	послуга	1
22	Послуги з поточного ремонту кисневих концентраторів (50421000-2)	послуга	22
	Зовнішній огляд, виявлення несправностей, розбирання	послуга	4
	Заміна бактеріального фільтру	послуга	2
	Чистка повітряного фільтру	послуга	2
	Профілактика компресора	послуга	2
	Визначення вмісту кисню на виході	послуга	4
	Профілактика мотору	послуга	2
	Заміна фільтруючих елементів	послуга	2
	Заміна зволожувача	послуга	2

Заміна поршневої групи	послуга	2
------------------------	---------	---

Загальні вимоги:

Технічне обслуговування рентген апаратів має включати наступне:

1. Перевірку надійності з'єднання корпусів складених (стикових) частин комплексу з шиною заземлення. Проведення зовнішнього огляду апарату, перевірка на наявність зовнішніх пошкоджень, слідів зносу, запиленості; діагностика кожного робочого режиму.
2. Перевірку опору ліній мережі змінної напруги.
3. Чистку та змащування рухомих механічних елементів.
4. Заміну (за потреби) запобіжників, кнопок, лампочок, вимикачів та ін.
5. Налагоджувально-регулювальні роботи , а саме:
 - перевірку обертання аноду та системи накаливання рентгенівської трубки;
 - перевірку вхідної напруги джерела живлення;
 - перевірку файлів конфігурації та параметрів пристрою живлення;
 - перевірку та профілактику пультів та системи працездатності робочих місць;
 - перевірку та юстування (за потреби) центрації діафрагм;
 - профілактику пристроїв (моніторів , принтерів , системних блоків), які входять в комплект комплексу та приймача з цифровою обробкою зображення.
6. Забезпечення контролю фізико-технічних параметрів.