

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Технічне обслуговування томографа комп'ютерного - системи рентгенівської комп'ютерної томографії всього тіла SCENARIA View виробництва Hitachi Ltd, Японія (50421200-4); Ремонт консолі оператора томографа комп'ютерного - системи рентгенівської комп'ютерної томографії всього тіла SCENARIA View виробництва Hitachi Ltd, Японія (50421200-4) (ДК 021:2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями ID: UA-2024-04-05-009720-а

Обсяги: 3 послуги (відповідно до технічного завдання)

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

111 000,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даних послуг.

Технічні та якісні характеристики:

| | Назва послуги | Од.виміру | Кількість |
|--------------------|---|-----------|-----------|
| 1. | Технічне обслуговування медичного обладнання, а саме: томографа комп'ютерного системи рентгенівської комп'ютерної томографії всього тіла SCENARIA View виробництва Hitachi Ltd, Японія (50421200-4) | послуга | 2 |
| Послуги включають: | | | |
| 1.1 | Гентрі: | | |
| 1.1.1 | Перевірка ремня динамічної частини Гентрі на наявність тріщин. Перевірка на ослаблення та натяжка ременю, якщо це необхідно. Очищення ременю від забруднень | | |
| 1.1.2 | Перевірка електромагнітного тормозу | | |
| 1.1.3 | Перевірка на точність зупинки динамічної частини через кожні 30 градусів. Очищення елементів. Калібрування за необхідністю | | |
| 1.1.4 | Перевірка сенсорного запобігача | | |
| 1.1.5 | Перевірка динамічної частини, очищення щіток від забруднень | | |
| 1.1.6 | Перевірка коректності роботи коліматора, калібрування за необхідністю | | |

| | | | |
|------------------|---|---------|---|
| 1.1.7 | Перевірка всіх кріплень на ослаблення. Затяжка динамометричним ключем, заміна зтяжок | | |
| 1.1.8 | Перевірка системи нахилу гентрі. Заміна мастила за необхідністю | | |
| 1.1.9 | Очищення від пилу | | |
| 1.2 | Стіл пацієнта: | | |
| 1.2.1 | Перевірка поздовжнього і поперечного руху столу. Калібрування столу при виявленні відхилень | | |
| 1.2.2 | Перевірка блоку живлення столу на наявність відхилень у вихідних напругах | | |
| 1.2.3 | Заміна мастила в приводі, який контролює поперечний рух | | |
| 1.3 | Консоль: | | |
| 1.3.1 | Очищення повітряних фільтрів та печатних плат від пилу | | |
| 1.3.2 | Контроль та аналіз списку помилок системи | | |
| 1.4 | Рентгенівська система, детектор та якість зображень: | | |
| 1.4.1 | Перевірка елементів детектора. Контроль вібраційного фактора на елементи | | |
| 1.4.2 | Планове калібрування генератора, перевірка вихідних напруг і струмів | | |
| 1.4.3 | Калібрування фокальних пятен | | |
| 1.4.4 | Перевірка якості та лінійності зображень (калібрування за необхідністю) | | |
| 1.4.5 | Перевірка трубки на виникнення електричних дуг. При необхідності виконання процедури поступового нагрівання аноду для досягнення високого ступеня вакууму | | |
| 2. | Ремонт консолі оператора томографа комп'ютерного - системи рентгенівської комп'ютерної томографії всього тіла SCENARIA View виробництва Hitachi Ltd, Японія | послуга | 1 |
| Послуга включає: | | | |
| 2.1. | Проведення діагностики та виявлення несправностей | | |
| 2.2. | Розбір та збір консолі оператора | | |
| 2.3. | Проведення ремонтних робіт, перепрограмування портів передачі даних | | |
| 2.4. | Перевірка основних блоків та роботи томографа | | |

- 1) Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію
- 2) Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів, необхідних для надання послуг.