

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Капілярний діалізатор (НК 024:2023: 47072 Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання) (33181200-4); Капілярний діалізатор (НК 024:2023: 47072 Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання) (33181200-4); Капілярний діалізатор (НК 024:2023: 47072 Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання) (33181200-4); Кровопрвідні магістралі до діалізатора (НК 024:2023: 34999 Набір трубок для гемодіалізу одноразового застосування) (33181520-3); Фістульна голка венозна (НК 024:2023: 32111 Голка фістульна одноразового використання) (33181520-3); Фістульна голка артеріальна (НК 024:2023: 32111 Голка фістульна одноразового використання) (33181520-3); Готовий до використання рідкий концентрат кислотного компоненту (НК 024:2023: 35849 Концентрат для гемодіалізу) (33181510-0); Порошковий картридж лужного компоненту (НК 024:2023: 35849 Концентрат для гемодіалізу) (33181510-0); Порошковий картридж лужного компоненту (НК 024:2023: 35849 Концентрат для гемодіалізу) (33181510-0); Апірогенний ультрафільтр (НК 024:2023: 47739 Фільтр для очищення діалізату від пірогенів до системи гемодіалізу) (33181200-4); Антипірогенний фільтр (НК 024:2023: 47739 Фільтр для очищення діалізату від пірогенів до системи гемодіалізу) (33181200-4) (ДК 021:2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями

ID: UA-2025-02-21-003310-a

Обсяги: 11 найменувань (згідно з технічним завданням)

Розрахунок здійснений на підставі планової кількості процедур гемодіалізу на 2025 рік та фактичної кількості пацієнтів, які проходять лікування методом гемодіалізу у відділенні амбулаторного діалізу ЦРЛ Ковельського МТМО.

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

9 964 305,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даних товарів, в тому числі через електронну систему закупівель Прозорро.

Технічні та якісні характеристики:

№ з/п	Конкретна назва предмета закупівлі	Назва*	Одиниці виміру	Кількість
1	Капілярний діалізатор (НК 024:2023: 47072 Діалізатор для	Капілярний діалізатор площею 1,4 м ² (коефіцієнт	шт	4067

	гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання) (33181200-4)	ультрафільтрації від 15 до 25 мл/год (мм рт.ст.))		
2	Капілярний діалізатор (НК 024:2023: 47072 Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання) (33181200-4)	Капілярний діалізатор площею 1,8 м ² (коефіцієнт ультрафільтрації від 20 до 30 мл/год (мм рт.ст.))	шт	1904
3	Капілярний діалізатор (НК 024:2023: 47072 Діалізатор для гемодіалізу з порожніми волокнами одноразового використання) (33181200-4)	Капілярний діалізатор площею 2,1 м ² (коефіцієнт ультрафільтрації від 25 до 35 мл/год (мм рт.ст.))	шт	336
4	Кровопрвідні магістралі до діалізатора (НК 024:2023: 34999 Набір трубок для гемодіалізу одноразового застосування) (33181520-3)	Кровопрвідні магістралі до діалізатора (артерія-вена) сумісні з апаратами Bellco (Formula 2000/Formula Therapy) (або еквівалент)	шт	5643
5	Фістульна голка венозна (НК 024:2023: 32111 Голка фістульна одноразового використання) (33181520-3)	Фістульна голка венозна (діаметр голки 1,80 мм)	шт	4600
6	Фістульна голка артеріальна (НК 024:2023: 32111 Голка фістульна одноразового використання) (33181520-3)	Фістульна голка артеріальна (діаметр голки 1,80 мм)	шт	4600
7	Готовий до використання рідкий концентрат кислотного компоненту (НК 024:2023: 35849 Концентрат для гемодіалізу) (33181510-0)	Готовий до використання рідкий концентрат кислотного компоненту в ємностях по 10 літрів для приготування бікарбонатного діалізуючого розчину	шт	2217
8	Порошковий картридж лужного компоненту (НК 024:2023: 35849 Концентрат для гемодіалізу) (33181510-0)	Порошковий картридж лужного компоненту (вміст сухого бікарбонату 650 г) сумісні з апаратами Bellco (Formula 2000/Formula Therapy) (або еквівалент)	шт	4623
9	Порошковий картридж лужного компоненту (НК 024:2023: 35849 Концентрат для гемодіалізу) (33181510-0)	Порошковий картридж лужного компоненту (вміст сухого бікарбонату 760 г) сумісні з апаратами Bellco (Formula 2000/Formula Therapy) (або еквівалент)	шт	1620
10	Апірогенний ультрафільтр (НК 024:2023: 47739 Фільтр для очищення діалізату від пірогенів до системи гемодіалізу) (33181200-4)	Апірогенний ультрафільтр з медісульфону FORCLEAN PLUS) сумісні з апаратами Bellco (Formula 2000/Formula Therapy) (або еквівалент)	шт	20
11	Антипірогенний фільтр (НК 024:2023: 47739 Фільтр для очищення діалізату від пірогенів до системи гемодіалізу) (33181200-4)	Антипірогенний фільтр для води BL441 FILTRO MULTIPURE сумісні з апаратами Bellco (Formula 2000/Formula Therapy) (або еквівалент)	шт	10

Запропонований учасником товар повинен відповідати наступним технічним (медико-технічним) характеристикам:

№ п/п	Найменування функції, характеристики або параметри
Діалізатори:	
Капілярний діалізатор площею 1,4 м ² (коефіцієнт ультрафільтрації від 15 до 25 мл/год (мм рт.ст.))	
Капілярний діалізатор площею 1,8 м ² (коефіцієнт ультрафільтрації від 20 до 30 мл/год (мм рт.ст.))	
Капілярний діалізатор площею 2,1 м ² (коефіцієнт ультрафільтрації від 25 до 35 мл/год (мм рт.ст.))	
1.	Мембрана діалізатора повинна бути з матеріалу поліефірсульфону або еквівалент
2.	Діалізатори повинні бути стерилізовані гамма-променями або еквівалент
Кровопрвідні магістралі до діалізатора (артерія-вена) сумісні з апаратами Bellco (Formula 2000/Formula Therapy) (або еквівалент)	
1.	Кровопрвідні магістралі для одноразового використання
2.	Об'єм заповнення обох сегментів - не менше 150 мл
3.	Довжина насосного сегменту - не менше 270 мм, діаметр насосного сегменту - 8 мм/12 мм.
4.	Повинні бути сумісними з апаратами виробництва Bellco (Formula 2000/Formula Therapy)
5.	Магістраль повинна мати гепаринову лінію
Фістульна голка венозна	
1.	Повинна мати діаметр голки 1,80 мм
Фістульна голка артеріальна	
1.	Повинна мати діаметр голки 1,80 мм
Готовий до використання рідкий концентрат кислотного компоненту в ємностях по 10 літрів для приготування біокарбонатного діалізуючого розчину	
1.	Готовий до застосування рідкий концентрат кислотного компонента для бікарбонатного діалізу в каністрах ємністю 10 л.
2.	Після змішування у стандартній пропорції (1 + 1.225 + 32.775) має утворюватись розчин з наступними іонними концентраціями: Na ⁺ - 140 ммоль/л, K ⁺ - 2,0 ммоль/л, Mg ⁺⁺ - 0,5 ммоль/л, Ca ⁺⁺ - 1,75 ммоль/л, CH ₃ COO ⁻ - 3 ммоль/л, HCO ⁻ - 32 ммоль/л, Cl ⁻ - 111,5 ммоль/л
Порошковий картридж лужного компоненту (вміст сухого бікарбонату 650 г) сумісні з апаратами Bellco (Formula 2000/Formula Therapy) (або еквівалент)	
1.	Вміст сухого бікарбонату 650 г (або еквівалент)
Порошковий картридж лужного компоненту (вміст сухого бікарбонату 760 г) сумісні з апаратами Bellco (Formula 2000 та Formula Therapy) (або еквівалент)	
1.	Вміст сухого бікарбонату 760 г., зі з'єднанням вхідного вихідного портів типу Луер Лок (або еквівалент)
Апірогенний ультрафільтр з медіасульфону FORCLEAN PLUS) сумісні з апаратами Bellco (Formula 2000/Formula Therapy) (або еквівалент)	
1.	мембрана медіасульфону
2.	площа поверхні 1,5 м ²
3.	утримуюча здатність для ендотоксинів ≥ 5
Антипірогенний фільтр для води BL441 FILTRO MULTIPURE сумісні з апаратами Bellco (Formula 2000/Formula Therapy) (або еквівалент)	
1	мембрана п66 Posidyne
2	фільтруюча поверхня 0,23 м ²