

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Повірка засобів вимірювальної техніки та обладнання (71631100-1) (ДК 021:2015: 71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями ID: UA-2025-03-05-005997-a

Обсяги: 962 послуги (Згідно технічного завдання)

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

791 867,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даних послуг.

Технічні та якісні характеристики:**Перелік засобів вимірювальної техніки та обладнання:**

№ п/п	Найменування послуги	К-сть
1	Повірка аналізаторів гематологічних	17
2	Повірка коагулометрів	2
3	Повірка аналізатора глюкози і лактату	2
4	Повірка аналізаторів біохімічних	6
5	Повірка аналізаторів імуноферментних	2
6	Повірка авторефрактометрів	3
7	Повірка термостатів	5
8	Повірка центрифуг	6
9	Повірка гігрометрів	180
10	Повірка дозаторів піпеткових	22
11	Повірка секундомірів	5
12	Повірка пристрою для струшування і інкубації мікропланшет, термошейкера	2
13	Повірка термостата водяного TW-2	1
14	Повірка водяної бані з прозорими стінками	2
15	Повірка термометрів, 0-100оС, -30+100оС,	105
16	Повірка термометрів, 0-200оС	2
17	Повірка термометрів, 0-350оС	1
18	Повірка манометрів технічних	15
19	Повірка манометрів електроконтактних	12

20	Повірка аналізатора газів крові та електролітів	1
21	Повірка апаратів УЗД	16
22	Повірка дефібриляторів	20
23	Повірка моніторів пацієнта	62
24	Повірка фетального монітора	6
25	Повірка ЕКГ апаратів	91
26	Повірка тонометрів	215
27	Повірка пульсоксиметрів	16
28	Повірка апаратів гемодіалізу	14
29	Повірка електроенцефалографів	2
30	Повірка газосигналізаторів (алкотестера)	3
31	Повірка апаратів МИТ-11	1
32	Повірка апаратів Стимул, Ампліпульс, Радіус, УЗТ ЛОР-1F	3
33	Повірка апаратів гальванізації Поток-1	5
34	Повірка апарата УВЧ 80-4	4
35	Повірка газосигналізаторів	9
36	Повірка водолічильника KB-2,5, 2,5 м3/год	1
37	Повірка водолічильника Е-Т 1,5U, 1,5м3/год	1
38	Повірка водолічильника JS1,6, 1,6 м3/год	1
39	Повірка ваги ручної ВР-100	1
40	Повірка гир	24
41	Повірка ваги для новонароджених Маса-К, Romed, Momert, Esperanze, Seca, BM-20, Romed, Manual ДО 20 КГ	36
42	Повірка аудіометрів	5
43	Повірка ваг електронних Momert Medicare ТН1245 ТН1209, DOMOTEC; механічних РП-150, Sega до 200 кг	35
	Всього	962

Загальні вимоги:

- (1) Повірка засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) та обладнання проводиться відповідно Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 08.02.2016 № 193.
- (2) Надавач послуг з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки повинен бути уповноваженим Міністерством економічного розвитку і торгівлі України у Державній метрологічній системі на право проведення повірки та калібрування ЗВТ та на право виконання вимірювань.
- (3) Повірку ЗВТ проводить персонал Учасника, який відповідає вимогам, установленим у Критеріях, яким повинні відповідати наукові метрологічні центри, державні підприємства, які належать до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та провадять метрологічну діяльність, та повірочні лабораторії, які уповноважуються або уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, затверджених наказом Мінекономрозвитку від 30 червня 2020 року № 1242.
- (4) Повірка ЗВТ здійснюється на місці її експлуатації впродовж 2 робочих днів з моменту звернення Замовника.
- (5) Результати повірки засвідчують відбитком повірочного тавра на ЗВТ чи записом з відбитком повірочного тавра у відповідному розділі експлуатаційних документів та/або оформлюють свідоцтво про повірку ЗВТ. На вимогу Замовника можливе поєднання зазначених видів засвідчення результатів повірки.