

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Засіб дезінфікуючий для дезінфекції апаратів для гемодіалізу (НК 024: 2023: 47631 Засіб дезінфікувальний для медичних виробів) (24455000-8); Засіб дезінфікуючий для дезінфекції апаратів для гемодіалізу (НК 024: 2023: 47631 Засіб дезінфікувальний для медичних виробів) (24455000-8) (ДК 021: 2015: 24450000-3 Агрохімічна продукція)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2025-04-30-009822-a

Обсяги: 2 найменування (згідно з технічним завданням)

Розрахунок здійснений відповідно до наявної кількості апаратів для проведення процедур гемодіалізу у відділенні амбулаторного діалізу ЦРЛ Ковельського МТМО, фактичного використання дезінфікуючих засобів у минулому році та потреби на 2025 рік.

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

86 664,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг закупівель в електронній системі закупівель ПРОЗОРРО та моніторинг цін із сайтів інтернет-магазинів.

Технічні та якісні характеристики:

№ з/п	Назва товару	Характеристики та опис товару	Одиниці виміру	Кількість
1	Засіб дезінфікуючий для дезінфекції апаратів для гемодіалізу	1. Концентрована рідина, яка добре розчиняється у воді, для дезінфекції апаратів для гемодіалізу. 2. В складі засобу мають міститись мас.‰: моногідрат лимонної кислоти – 50% (діюча речовина), функціональні добавки: стабілізатор, інертні компоненти, вода дистильована, pH 0,3-1,5. 3. Засіб повинен мати бактерицидні властивості (вкл. Mycobacterium tuberculosis, M. terrae, (EN14348, DSM 43227), E.coli, (EHEC), (VRE), Ps. aeruginosa, Staphylococcus aureus, MRSA, Staphylococcus epidermidis, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Shigella dysenteriae, Streptococcus pyogenes (EN 1276, EN 1650, EN 13697), BVDV, збудників особливо-небезпечних інфекцій – чуми, холери, черевного тифу, а також туляремії;	шт	80

		віруліцидні (вкл. парантеральні гепатити (HBV/ HCV) та HIV, герпес, грип, парагрип, активність проти А (H5N1), А (H1N1), SARS, лихоманка Ебола, рота-, коро-, корона (COVID 19)-, ханта-, вакцинія-, коксакі, поліовіруси, респіраторно-синцитіальні, рино-, аденовіруси (EN 14476); фунгіцидні, у т.ч. по відношенню до грибів роду Candida, збудників дерматомікозів та пліснявих грибів Aspergillus niger). 4. Призначення: - для дезінфекції контуру циркуляції діалізуючої рідини апаратів для гемодіалізу; - для видалення осаду кальцію та магнію в гідравлічному контурі апаратів «штучна нирка», поверхнях гемодіалізного обладнання. 5. Робочий розчин повинен нагрівається до температури $84\pm 1^{\circ}\text{C}$, після чого циркуляція нагрітого розчину продовжується протягом 15 хв. 6. Гарантійний термін зберігання засобу – не менше 2 років з дати виготовлення. 7. Фасування: каністра 5000 мл.		
2	Засіб дезінфікуючий для дезінфекції апаратів для гемодіалізу	1. Концентрований розчин, має виражений запах оцтової кислоти, робочі розчини прозорі, pH 1,1од. Засіб повинен бути повністю біорозчинний. 2. В складі засобу мають міститись мас.‰: надоцтова кислота – 0,5%, перекис водню – 10%, оцтова кислота – 7%, стабілізатор, вода. pH 1,1од. 3. Засіб повинен мати бактерицидні властивості (вкл. Mycobacterium tuberculosis, M. terrae, (EN14348, DSM 43227), E.coli, (EHEC), (VRE), Ps. aeruginosa, Staphylococcus aureus, MRSA, Staphylococcus epidermidis, Listeria monocytogenes, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, Shigella dysenteriae, Streptococcus pyogenes (EN 1276, EN 1650, EN 13697), BVDV, збудників особливо-небезпечних інфекцій – чуми, холери, черевного тифу, а також туляремії; віруліцидні (вкл. парантеральні гепатити (HBV/ HCV) та HIV, герпес, грип, парагрип, активність проти А (H5N1), А (H1N1), SARS, лихоманка Ебола, рота-, коро-, корона (COVID 19)-, ханта-, вакцинія-, коксакі, поліовіруси, респіраторно-синцитіальні, рино-, аденовіруси (EN 14476); фунгіцидні у т.ч. по відношенню до грибів роду Candida, збудників дерматомікозів та пліснявих грибів Aspergillus niger). 4. Призначення: - для дезінфекції контуру циркуляції діалізуючої рідини апаратів для гемодіалізу; - для видалення осаду кальцію та магнію в гідравлічному контурі апаратів «штучна нирка», поверхнях гемодіалізного обладнання. 5. Робочий розчин повинен нагріватися від температури $20\pm 1^{\circ}\text{C}$ до $37\pm 1^{\circ}\text{C}$, циркуляція нагрітого розчину повинна продовжуватися по замкнутому контуру протягом 30 хв зі швидкістю потоку 500 мл/хв. 6. Можливість зливати в каналізацію відпрацьованих та невикористаних робочих розчинів засобу. 7. Гарантійний термін зберігання засобу – не менше 2 років з дати виготовлення. 8. Фасування: каністра 5000 мл	шт	40