

**Найменування замовника:**

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

**Код згідно з ЄДРПОУ замовника:** 01982940

**Місцезнаходження замовника:**

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

**Категорія замовника:**

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**ОБГРУНТУВАННЯ**

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування мийно–дезинфікуючої машинки HOREV 2516 A (50421000-2); Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування монітору–пацієнта ЮТАС ЮМ 300 С-15 (50421000-2); Послуги з поточного ремонту алкотестеру Drager 6820 (50421000-2); Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування монітору пацієнта COMEN STAR 8000 F (50421000-2); Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування монітору пацієнта COMEN STAR 8000 F (50421000-2); Послуги з поточного ремонту біполярного інструменту BOWA Ergo 315 R ( в комплекті рукоятка з інструментом та кабелем ) (50421000-2); Послуги з поточного ремонту біполярного інструменту BOWA Ergo 315 R ( в комплекті рукоятка з інструментом та кабелем ) (50421000-2); Послуги з технічного обслуговування електрохірургічного апарату ARC 350 (50421000-2); Послуги з технічного обслуговування електрохірургічного апарату ARC 400 (50421000-2); Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування апарату штучної вентиляції легень Hamilton-C3 (50421000-2); Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування апарату штучної вентиляції легень Hamilton-C6 (50421000-2); Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування апарату для анестезії Leon (50421000-2); Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування апарату для анестезії Leon Plus (50421000-2) (ДК 021:2015:50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:**

Відкриті торги з особливостями ID: ID: UA-2025-04-30-006644-a

**Таблиця 1**

| № з/п | Конкретна назва предмета закупівлі                                                                              | Назва та опис послуги                                                                              | Одиниця виміру | Кількість |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 1.    | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування мийно – дезинфікуючої машинки HOREV 2516 A (50421000-2) | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування мийно – дезинфікуючої машинки HOREV 2516 A | послуга        | 1         |
| 2.    | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування монітору – пацієнта ЮТАС ЮМ 300 С-15 (50421000-2)       | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування монітору – пацієнта ЮТАС ЮМ 300 С-15       | послуга        | 1         |

|     |                                                                                                                                     |                                                                                                                        |         |   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 3.  | Послуги з поточного ремонту алкотестеру Drager 6820 (50421000-2)                                                                    | Послуги з поточного ремонту алкотестеру Drager 6820                                                                    | послуга | 1 |
| 4.  | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування монітору пацієнта COMEN STAR 8000 F (50421000-2)                            | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування монітору пацієнта COMEN STAR 8000 F                            | послуга | 1 |
| 5.  | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування монітору пацієнта COMEN STAR 8000 F (50421000-2)                            | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування монітору пацієнта COMEN STAR 8000 F                            | послуга | 1 |
| 6.  | Послуги з поточного ремонту біполярного інструменту BOWA Ergo 315 R ( в комплекті рукоятка з інструментом та кабелем ) (50421000-2) | Послуги з поточного ремонту біполярного інструменту BOWA Ergo 315 R ( в комплекті рукоятка з інструментом та кабелем ) | послуга | 1 |
| 7.  | Послуги з поточного ремонту біполярного інструменту BOWA Ergo 315 R ( в комплекті рукоятка з інструментом та кабелем ) (50421000-2) | Послуги з поточного ремонту біполярного інструменту BOWA Ergo 315 R ( в комплекті рукоятка з інструментом та кабелем ) | послуга | 1 |
| 8.  | Послуги з технічного обслуговування електрохірургічного апарату ARC 350 (50421000-2)                                                | Послуги з технічного обслуговування електрохірургічного апарату ARC 350                                                | послуга | 1 |
| 9.  | Послуги з технічного обслуговування електрохірургічного апарату ARC 400 (50421000-2)                                                | Послуги з технічного обслуговування електрохірургічного апарату ARC 400                                                | послуга | 1 |
| 10. | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування апарата штучної вентиляції легень ШВЛ Hamilton-C3 (50421000-2)              | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування апарата ШВЛ Hamilton-C3                                        | послуга | 1 |
| 11. | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування апарата штучної вентиляції легень Hamilton-C6 (50421000-2)                  | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування апарата ШВЛ Hamilton-C6                                        | послуга | 1 |
| 12. | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування апарата для анестезії Leon (50421000-2)                                     | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування апарата для анестезії Leon                                     | послуга | 1 |

|     |                                                                                                      |                                                                                         |         |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
| 13. | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування апарата для анестезії Leon Plus (50421000-2) | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування апарата для анестезії Leon Plus | послуга | 1 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|

Послуга з поточного ремонту та технічного обслуговування повинна надаватися згідно регламентів від виробника та відповідати наступним технічним (медико-технічним) характеристикам, які наведені у Таблиці 2 та іншим нижченаведеним вимогам:

**Таблиця 2**

| № | Назва послуги /<br>Порядок надання послуги                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Од.<br>вим. | К-сть |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 1 | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування мийно – дезинфікуючої машинки HOREV 2516 A (50421000-2)<br>1.1. Поточне технічне обслуговування включає в себе:<br>- діагностика несправностей<br>- чистка баку<br>- чистка форсунок<br>- чистка трубок подачі рідин, в тому числі їх заміна<br>1.2. Ремонтні роботи включають в себе:<br>- усунення несправності подачі дезинфікуючого розчину<br>- усунення несправності насоса для дезинфекції<br>- усунення несправності протікання води під час миття<br>- усунення несправності водяного насоса<br>- усунення несправності запуску програми мийки ендоскопів<br>- усунення несправності електромагнітних клапанів | послуга     | 1     |
| 2 | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування монітору –пацієнта ЮТАС ЮМ 300 С-15 (50421000-2)<br>2.1. Поточне технічне обслуговування включає в себе:<br>- діагностику несправностей<br>- чистку від бруду та пилу плат управління,<br>- чистка від бруду та пилу системи охолодження<br>- перевірка джерел живлення<br>2.2. Перелік ремонтних робіт:<br>- заміна датчика SPO2<br>- заміна роз'єму датчика SPO2<br>- усунення несправності подачі повітря<br>- налаштування робочих режимів<br>- усунення несправності підсвітки монітора                                                                                                                            | послуга     | 1     |
| 3 | Послуги з поточного ремонту алкотестеру Drager 6820 (50421000-2)<br>3.1 Перелік ремонтних робіт:<br>- усунення несправності виведення показників на екран ( заміна сенсору )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | послуга     | 1     |
| 4 | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування монітору пацієнта COMEN STAR 8000 F (50421000-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | послуга     | 1     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
|    | <p>4.1. Поточне технічне обслуговування включає в себе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- технічне обслуговування обладнання ( чистка від бруду та пилу усіх систем монітора )</li> </ul> <p>4.2. Перелік ремонтних робіт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- усунення несправності увімкнення моніторів та виведення показників на екран</li> <li>- ремонт плат управління моніторами</li> </ul>                                                                                                                  |         |   |
| 5  | <p>Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування монітору пацієнта COMEN STAR 8000 F (50421000-2)</p> <p>5.1. Поточне технічне обслуговування включає в себе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- технічне обслуговування обладнання ( чистка від бруду та пилу усіх систем монітора )</li> </ul> <p>5.2. Перелік ремонтних робіт :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- усунення несправності увімкнення моніторів та виведення показників на екран</li> <li>- ремонт плат управління моніторами</li> </ul> | послуга | 1 |
| 6  | <p>Послуги з поточного ремонту біполярного інструменту BOWA Ergo 315 R ( в комплекті рукоятка з інструментом та кабелем ) (50421000-2)</p> <p>6.1. Перелік ремонтних робіт :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ремонт рукоятки BOWA ( заклиневшої )</li> <li>- ремонт електрод вставки ( затискач )</li> <li>- ремонт кабеля</li> <li>- перевірка працездатності елетрокоогулятора BOWA з інструментом</li> </ul>                                                                                                            | послуга | 1 |
| 7  | <p>Послуги з поточного ремонту біполярного інструменту BOWA Ergo 315 R ( в комплекті рукоятка з інструментом та кабелем ) (50421000-2)</p> <p>7.1. Перелік ремонтних робіт:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ремонт рукоятки BOWA ( заклиневшої )</li> <li>- ремонт електрод вставки ( затискач )</li> <li>- ремонт кабеля</li> <li>- перевірка працездатності елетрокоогулятора BOWA з інструментом</li> </ul>                                                                                                             | послуга | 1 |
| 8  | <p>Послуги з технічного обслуговування електрохірургічного апарату ARC 350 (50421000-2)</p> <p>8.1. Поточне технічне обслуговування включає в себе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-перевірку працездатності пасивного електрода та педалі управління</li> <li>-чистку системи охолодження</li> <li>-перевірка усіх з'єднань та контактів</li> <li>-ремонт кабеля пасивного електрода</li> <li>-налаштування робочих режимів</li> </ul>                                                                                     | послуга | 1 |
| 9  | <p>Послуги з технічного обслуговування електрохірургічного апарату ARC 400 (50421000-2)</p> <p>9.1 Поточне технічне обслуговування включає в себе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-перевірку працездатності пасивного електрода та педалі управління,</li> <li>- чистку системи охолодження,</li> <li>-перевірку усіх з'єднань та контактів,</li> <li>-ремонт кабеля пасивного електрода.</li> <li>-налаштування робочих режимів</li> </ul>                                                                                 | послуга | 1 |
| 10 | <p>Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування апарата штучної вентиляції легень Hamilton-C3 (50421000-2)</p> <p>10.1. Поточне технічне обслуговування включає в себе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-розбирання апарату (чистка від бруду та пилу)</li> <li>-перевірку дихальних систем та контурів, а також заміна в разі</li> </ul>                                                                                                                                                                         | послуга | 1 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|
|    | необхідності<br>-перевірку роботи кисневого датчика<br>-перевірку фільтруючих елементів<br>-зборку апарату та перевірку працездатності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |   |
| 11 | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування апарата штучної вентиляції легень Hamilton-C6 (50421000-2)<br>11.1. Поточне технічне обслуговування включає в себе:<br>-розбирання апарату (чистка від бруду та пилу)<br>-перевірку дихальних систем та контурів, а також заміна в разі необхідності<br>-перевірку роботи кисневого датчика<br>-перевірку фільтруючих елементів<br>-зборку апарату та перевірку працездатності<br>-перевірку та налаштування роботи компресора подачі повітря (налаштування відповідного тиску, чистка каплезбірників, налаштування панелі управління) | послуга | 1 |
| 12 | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування апарата для анестезії Leon (50421000-2)<br>12.1. Поточне технічне обслуговування включає в себе<br>-розбирання апарату (чистка від бруду та пилу)<br>-перевірку дихальних систем та контурів, а також заміна в разі необхідності<br>-перевірку роботи кисневого датчика<br>-перевірку фільтруючих елементів<br>-зборку апарату та перевірку працездатності<br>-перевірку та налаштування роботи компресора подачі повітря (налаштування відповідного тиску, чистка каплезбірників, налаштування панелі управління)                     | послуга | 1 |
| 13 | Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування апарата для анестезії Leon Plus (50421000-2)<br>13.1. Поточне технічне обслуговування включає в себе:<br>-розбирання апарату (чистка від бруду та пилу)<br>-перевірку дихальних систем та контурів, а також заміна в разі необхідності<br>-перевірку роботи кисневого датчика<br>-перевірку фільтруючих елементів<br>-зборку апарату та перевірку працездатності<br>-перевірку та налаштування роботи компресора подачі повітря (налаштування відповідного тиску, чистка каплезбірників, налаштування панелі управління)               | послуга | 1 |

**Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:**

**537 460,00 грн.** – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних надавачів даних послуг.