

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**Автоматичний аналізатор швидкості осідання еритроцитів (НК 024: 2023: 56691
Автоматичний аналізатор швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) IVD (діагностика in vitro)) (38434520-7) (ДК 021: 2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори)**

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2025-06-18-005079-a

Обсяги: 1 найменування

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

407 000,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг цін в мережі Інтернет та закупівель у системі Prozorro.

Технічні та якісні характеристики:

№ з/п	Конкретна назва предмета закупівлі	Одиниця виміру	Кількість
1.	Автоматичний аналізатор швидкості осідання еритроцитів (НК 024: 2023: 56691 Автоматичний аналізатор швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) IVD (діагностика in vitro)) (38434520-7)	шт	1

№ п/п	Найменування, значення та наявність функції, характеристики або параметра
1.	Автоматичний аналізатор швидкості осідання еритроцитів
	Прилад повинен мати відкриту систему і працювати без обмеження кількості тестів, та без використання смарт-карт, флеш-накопичувачів та інше, які містять певний кредит на кількість досліджень.
	Прилад повинен працювати без контакту з зразками крові та без відходів рідини
	Об'єм пам'яті має бути не менш ніж 5000 зразків
	Повинен мати сенсорний екран, з діагоналлю дисплею не менше 7 дюймів
	Швидкість тестування повинна складати не більше ніж 20хв/цикл
	Об'єм зразка від 1.5мл до 3.5мл
	Кількість зразків для одночасного завантаження повинна складати 32 пробірки
	Наявність вбудованого термопринтера

	Вимірювання осідання повинно відбуватися за рахунок інфрачервоних випромінювачів і приймачів
	Має використовувати пробірки з ЕДТА, діаметром від 12 до 13мм
	Наявність автоматичного перемішування зразків, шляхом обертання пробірок на 180°
	Прилад має мати внутрішній сканер штрих кодів зразка
	Можливість перегляду кривої ШОЕ
	Наявність інтерфейсу налаштування контролю якості
	Можливість підключення до ЛІС
	Має дозволяти користувачу вносити референтні інтервали
	Наявність функції самоперевірки
	Відображення результатів аналізу в поточному середовищі та скориговані при 18°C відповідно до кривої корекції температури Менлі
	Можливість корегувати результати за Менлі, якщо кімнатна температуру виходить за діапазон 18-25 °C
	Можливість зчитування через двошаровий штрих-код
	Блокування роботи при відсутності пробірки в штативі
	Можливість додавати нові та видаляти старі зразки під час тестування