

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Біполярний протез (НК 024: 2023: 33181 Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен) (33183100-7); Акриловий кістковий цемент (НК 024: 2023: 35217 Цемент кістковий, який не містить лікарських засобів) (33183000-6); Акриловий кістковий цемент з гентаміцином (НК 024: 2023: 46059 Кістковий цемент, що містить лікувальні засоби) (33183000-6); Синтетичний кістковий замінник (НК 024: 2023: 16966 Кісткозамінний синтетичний імплантат) (33183000-6) (ДК 021: 2015: 33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2025-06-12-013134-a

Обсяги: 4 найменування (згідно з технічним завданням)

№ з/п	Конкретна назва предмета закупівлі	Назва та опис	Одиниця виміру	Кількість
1	Біполярний протез (НК 024: 2023: 33181 Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен) (33183100-7)	Біполярний протез кульшового суглобу цементної фіксації	шт	10
2	Акриловий кістковий цемент (НК 024: 2023: 35217 Цемент кістковий, який не містить лікарських засобів) (33183000-6)	Акриловий кістковий цемент	шт	5
3	Акриловий кістковий цемент з гентаміцином (НК 024: 2023: 46059 Кістковий цемент, що містить лікувальні засоби) (33183000-6)	Акриловий кістковий цемент з гентаміцином	шт	5
4	Синтетичний кістковий замінник (НК 024: 2023: 16966 Кісткозамінний синтетичний імплантат) (33183000-6)	Синтетичний кістковий замінник для заповнення кісткових дефектів	шт	1

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

202 990,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даних товарів, в тому числі через електронну систему закупівель ПРОЗОРРО.

Технічні та якісні характеристики:

№ п/п	Найменування, значення та наявність функцій, характеристики або параметра
1.	Біполярний ендопротез
	Загальні вимоги:
	Протез для кульшового суглоба призначений для цементного або без цементного ендопротезування кульшового суглоба у таких випадках: - незапальні дегенеративні захворювання суглобів, включно з остеоартритом та аваскулярним некрозом; - ревматоїдний артрит; - корекція функціональної деформації.
	Протез має бути цілісним (моноблочним) конструктивно або складатися з зафіксованих частин, що утворюють єдиний модуль.
	Ніжка протеза повинна бути оснащена отворами для забезпечення стабільнішої фіксації та кращого зрощення з кістковою тканиною.
	Матеріали компонентів ендопротезу:
	Металева голівка (нержавіюча сталь). Поліетиленовий вкладиш високої щільності (НВМПЕ). Зовнішня металева оболонка (чашка) з гладкою сферичною поверхнею для контакту з ацетабулярною западиною.
	Внутрішня муфта та блокуюче кільце виготовлені з надвисокомолекулярного поліетилену (НВМПЕ), сумісного з SS 316L.
	Діапазон розмірів:
	Розміри ніжки: зовнішній діаметр чашки від 37 мм до 55 мм з кроком 2 мм.
	Інші характеристики:
	Сумісність з цементною фіксацією.
	Можливість ротаційного руху між металевою голівкою та поліетиленовою вкладишкою для зменшення ризику вивихів
	Маркування: кожен виріб повинен мати маркування
2.	Акриловий кістковий цемент
	Технічні характеристики та параметри:
	Акрилова суміш, що самополімеризується при кімнатній температурі, виготовлена з порошкового компонента та рідкого компонента
	Хірургічний цемент стандартної в'язкості для ручного нанесення
	Використовується для фіксації протеза, при цементуванні кісток, за допомогою щільного механічного прилягання між нерівною поверхнею кістки та протезом.
	Порошковий компонент складається з поліметилметакрилату (ПММА) з пероксидом бензоїлу, ініціатором полімеризації та рентгеноконтрастним агентом (сульфатом барію). Рідкий компонент складається з мономеру метилметакрилату зі стабілізатором (гідрохіноном) та активатором полімеризації (п, п -диметил п-толуїдин).
	Повинен містити 40 г порошку та 20 мл рідини в ампулі

3.	Акриловий кістковий цемент з гентаміцином
	Технічні характеристики та параметри:
	Акрилова суміш з антибіотиком, що самополімеризується при кімнатній температурі, виготовлена з порошкового компонента та рідкого компонента
	Хірургічний цемент стандартної в'язкості для ручного нанесення
	Використовується для фіксації протеза, при цементуванні кісток, за допомогою щільного механічного прилягання між нерівною поверхнею кістки та протезом.
	Порошковий компонент складається з поліметилметакрилату (ПММА) з бензоїлпероксидом, ініціатором полімеризації та рентгеноконтрастним агентом (сульфатом барію) і з'єднанням, наповненим антибіотиком (гентаміцину сульфатом). Рідкий компонент складається з мономеру метилметакрилату зі стабілізатором (гідрохіноном) та активатором полімеризації (п, п -диметил п-толуїдин).
	Повинен містити 40 г порошку та 20 мл рідини в ампулі
	40-грамова доза порошку містить 0,50г гентаміцинової основи у якості сульфату
	Властивості гентаміцину:
	- термостійкість; - пролонговане вивільнення від двох тижнів до п'яти років з максимальною ефективністю протягом перших 15 днів; - висока концентрація у губчастих і трубчастих кісткових тканинах; - здатність до інкорпорації в цемент без зміни його механічних властивостей (у концентрації 1,25%) - широкий спектр бактеріостатичної та бактерицидної дії проти грам-позитивних і грам-негативних мікроорганізмів
4.	Синтетичний кістковий замінник
	Сфера застосування:
	Ортопедія та травматологія для заповнення кісткових дефектів, за відсутності потреби в підтриманні стабільності скелету.
	Форма та розмір:
	Гранули розміром 4-6 мм об'єм 15см ³ (сс)
	Склад матеріалу:
	Бета-трикальційфосфат (β-TCP)
	Технічні характеристики:
	Має сполучені пори, що сприяють колонізації імпланту кістковими клітинами та проростанню судин
	Розмір пор: від 350 до 500 мкм
	Рентгеноконтрастність: матеріал повинен бути рентгеноконтрастним, що забезпечує можливість контролю процесу загоєння.
	Поверхня: нерівномірна, макро- та мікропориста
	Безпека та стерильність:
	Матеріал синтетичний, не містить тканин або похідних людського чи тваринного походження.
	Відсутність ризику імунних реакцій та передачі інфекційних захворювань.
	Виріб має бути стерильним (заводська стерилізація).
	Метод стерилізації повинен бути чітко зазначений виробником.