

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування монітору пацієнта Mindray MEC-100 (50421000-2); Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування мийно-кисневого концентратора Біомед Jay-20 (50421000-2); Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування мийно-дезинфікуючої машинки HOREV 2516 A (50421000-2); Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування монітору-пацієнта ІУТАС ІОМ 300 С-15 (50421000-2); Послуги з поточного ремонту алкотестеру Drager 6820 (50421000-2); Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування монітору пацієнта COMEN STAR 8000 F (50421000-2); Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування монітору пацієнта COMEN STAR 8000 F (50421000-2); Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування фетального монітору (моніторингу частоти серцевих скорочень плоду, руху плоду) HEACO (50421000-2); Послуги з поточного ремонту і технічного апарату штучної вентиляції легень Heinen Löwenstein Leoni 2 (50421000-2) (ДК 021: 2015: 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2025-05-21-001627-a

Обсяги: 9 послуг

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

383 280,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних надавачів даних послуг.

Технічні та якісні характеристики:

№	Назва послуги / Порядок надання послуги	Одиниця виміру	Кіль- кість
1.	Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування монітору пацієнта Mindray MEC-100	послуга	1

	<i>1.1. Поточне технічне обслуговування включає в себе:</i> - діагностика несправностей; - перевірка всіх системи управління; - перевірка датчиків; - налаштування коректної роботи. <i>1.2. Ремонтні роботи включають в себе:</i> - ремонт дисплея (не виводиться зображення на екран); - не можливість керувати з кнопок управління (несправні кнопки); - несправна система виміру артеріального тиску.		
2.	Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування мийно–кисневого концентратора Біомед Jay-20 <i>2.1. Поточне технічне обслуговування включає в себе:</i> - діагностика несправностей; - заміна фільтруючих елементів; - перевірка справності ротаметра; - чистка моторів від бруду та їх продувка в тому числі трубок подачі повітря; - налаштування відповідного тиску повітря; - заміна з'єднувача (конектора) кисню; <i>2.2. Ремонтні роботи включають в себе:</i> - ремонт системи подачі повітря (низький рівень кисню); - усунення несправності падіння тиску кисню в системі та некоректне відображення на манометрі тиску (постійна аварія); - ремонт регулятора запуску концентратора; - ремонт системи скидування конденсату; - монтаж системи подачі кисню до відповідних споживачів кисню (ШВЛ), з можливим розгалуженням на кілька апаратів споживачів.	послуга	1
3.	Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування мийно–дезінфікуючої машинки HOREV 2516 A <i>3.1. Поточне технічне обслуговування включає в себе:</i> - діагностика несправностей; - чистка баку; - чистка форсунок; - чистка трубок подачі рідин, в тому числі їх заміна. <i>3.2. Ремонтні роботи включають в себе:</i> - усунення несправності подачі дезінфікуючого розчину; - усунення несправності насоса для дезінфекції; - усунення несправності протікання води під час миття; - усунення несправності водяного насоса - усунення несправності запуску програми мийки ендоскопів; - усунення несправності електромагнітних клапанів.	послуга	1

4.	Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування монітору–пацієнта ЮТАС ЮМ 300 С-15 <i>4.1. Поточне технічне обслуговування включає в себе:</i> - діагностику несправностей; - чистку від бруду та пилу плат управління; - чистка від бруду та пилу системи охолодження; - перевірка джерел живлення. <i>4.2. Перелік ремонтних робіт:</i> - заміна датчика SPO2; - заміна роз'єму датчика SPO2; - усунення несправності подачі повітря; - налаштування робочих режимів; - усунення несправності підсвітки монітора.	послуга	1
5.	Послуги з поточного ремонту алкотестеру Drager 6820 <i>5.1 Перелік ремонтних робіт:</i> - усунення несправності виведення показників на екран (заміна сенсору).	послуга	1
6.	Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування монітору пацієнта COMEN STAR 8000 F <i>6.1. Поточне технічне обслуговування включає в себе:</i> - технічне обслуговування обладнання (чистка від бруду та пилу усіх систем монітора). <i>6.2. Перелік ремонтних робіт:</i> - усунення несправності увімкнення моніторів та виведення показників на екран; - ремонт плат управління моніторами.	послуга	1
7.	Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування монітору пацієнта COMEN STAR 8000 F <i>7.1. Поточне технічне обслуговування включає в себе:</i> - перевірка джерел живлення. - технічне обслуговування обладнання (чистка від бруду та пилу усіх систем монітора). <i>7.2. Перелік ремонтних робіт:</i> - усунення несправності увімкнення монітора та виведення показників на екран; - налаштування та перевірка функціонування монітора; - ремонт всіх плат управління моніторами.	послуга	1
8.	Послуги з поточного ремонту і технічного обслуговування фетального монітору (моніторингу частоти серцевих скорочень плоду, руху плоду) HEACO <i>8.1. Поточне технічне обслуговування включає в себе:</i>	послуга	1

	- технічне обслуговування обладнання (чистка від бруду та пилу усіх систем монітора). <i>8.2. Перелік ремонтних робіт :</i> - ремонт термопринтера; - ремонт датчика плоду – 2 шт; - усунення несправності акумуляторної батареї; - заміна кабеля живлення; - налаштування відображення кривої сигналу.		
9.	Послуги з поточного ремонту і технічного апарату штучної вентиляції легень Heinen Löwenstein Leoni 2 <i>9.1. Поточне технічне обслуговування включає в себе:</i> - технічне обслуговування обладнання (чистка від бруду та пилу усіх систем); <i>9.2. Перелік ремонтних робіт:</i> - заміна кисневого датчика; - ремонт ручної вентиляції; - калібрування датчиків та перевірка всіх систем; - усунення несправності втрати повітря при роботі; - налаштування точності потоку.	послуга	1