

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості закупівлі:

Ендопротез кульшового суглоба (безцементного типу фіксації) (НК 024:2023 – 33715
Ендопротез кульшового суглоба повний з парою тертя кераміка-поліетилен (безцементного типу фіксації) (33183000-6); Ендопротез кульшового суглоба (безцементного типу фіксації) (НК 024:2023 – 33181 Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен (безцементного типу фіксації) (33183000-6); Ендопротез кульшового суглоба (цементного типу фіксації) (НК 024:2023 – 33181 Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен (цементного типу фіксації) (33183000-6) (ДК 021:2015:33180000-5 Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму)

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2025-08-28-009662-a.

Обсяги: 3 найменування (згідно з технічним завданням)

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

3 698 000,00 UAH - власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Технічні та якісні характеристики:

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг закупівель у системі Prozorro.

№ з/п	Конкретна назва предмета закупівлі	Назва та опис *	Одиниця виміру	Кількість
1	Ендопротез кульшового суглоба (безцементного типу фіксації) (НК 024:2023 – 33715 Ендопротез кульшового суглоба повний з парою тертя кераміка-поліетилен (безцементного типу фіксації) (33183000-6)	Ендопротез кульшового суглоба (безцементного типу фіксації)	комплект	5
2	Ендопротез кульшового суглоба (безцементного типу фіксації) (НК 024:2023 – 33181 Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен (безцементного типу фіксації) (33183000-6)	Ендопротез кульшового суглоба (безцементного типу фіксації)	комплект	35
3	Ендопротез кульшового суглоба (цементного типу фіксації) (НК 024:2023 – 33181 Ендопротез кульшового суглоба цілий з парою тертя метал-поліетилен (цементного типу фіксації) (33183000-6)	Ендопротез кульшового суглоба (цементного типу фіксації)	комплект	10

№ п/п	Найменування, значення та наявність функції, характеристики або параметра
1. Ендопротез кульшового суглоба (безцементного типу фіксації)	
1. Вимоги до комплектації:	
1.1.	Ендопротези повинні мати кількість типорозмірів, які відповідають антропологічним характеристикам людини і складатися з: – Безцементної ніжки - 1 шт.; – Безцементної ацетабулярної чашки - 1 шт.; – Голівки стегнової кістки - 1 шт.; – Ацетабулярної вкладки – 1 шт.; – Ацетабулярного шурупа – 2 шт.;
2. Вимоги до безцементної ніжки:	
2.1.	Повинна бути виготовлена з титанового сплаву, покритого технічно чистим титаном (CP Ti) для безцементної фіксації. Ніжка має бути двох видів: Стандартної конфігурації та з подовженою шийкою (латералізована).
2.2.	Кількість типорозмірів ніжки повинно бути не менше ніж 10.
3. Вимоги до безцементної ацетабулярної чашки:	
3.1.	Повинна бути виготовлена з титанового сплаву, покритого технічно чистим титаном (CP Ti) для безцементної фіксації.
3.2.	Мати не менше трьох отворів для ацетабулярного шурупа
3.3.	Діаметр чашки від 42 по 68 мм (з кроком 2мм)
4. Вимоги до голівки стегнової кістки:	
4.1.	Повинна бути виготовлена із керамічного матеріалу на основі алюмооксидної матриці високого ступеня очищення з цирконієвим посиленням
4.2.	Діаметр та довжина голівки повинна мати такі розміри: 28мм* -3.5мм, +0мм, +3.5мм, 32мм* -4мм, +0мм, +4мм, +7мм, 36мм* -4мм, +0мм, +4мм, +8мм,
5. Ацетабулярна вкладка:	
5.1.	Повинна бути виготовлена з надвисокомолекулярного поліетилену високої щільності (UHMWPE)
5.2.	Діаметр вкладки повинна мати 3 розміри: 28мм, 32мм, 36мм
5.3.	Кут нахилу вкладки 15 градусів
6. Ацетабулярний шуруп:	
6.1.	Діаметр шурупа 6,5мм та довжиною 20мм, 25мм, 30мм, 35мм.
2. Ендопротез кульшового суглоба (безцементного типу фіксації)	
1. Вимоги до комплектації:	
1.1.	Ендопротези повинні мати кількість типорозмірів, які відповідають антропологічним характеристикам людини і складатися з: – Безцементної ніжки - 1 шт.; – Безцементної ацетабулярної чашки - 1 шт.; – Голівки стегнової кістки - 1 шт.; – Ацетабулярної вкладки – 1 шт.; – Ацетабулярного шурупа – 2 шт.;

2. Вимоги до безцементної ніжки:	
2.1.	Повинна бути виготовлена з титатного сплаву, покритого технічно чистим титаном (CP Ti) для безцементної фіксації.
2.2.	Ніжка має бути двох видів: Стандартної конфігурації та з подовженою шийкою (латералізована).
3. Вимоги до безцементної ацетабулярної чашки:	
3.1.	Повинна бути виготовлена з титатного сплаву, покритого технічно чистим титаном (CP Ti) для безцементної фіксації.
3.2.	Мати не менше трьох отворів для ацетабулярного шурупа
3.3.	Діаметр чашки від 42 по 68 мм (з кроком 2мм)
4. Вимоги до голівки стегнової кістки:	
4.1.	Повинна бути виготовлена зі сплаву Кобальт-Хром-Молібден (CoCrMo)
4.2.	Діаметр та довжина голівки повинна мати такі розміри: 22мм* -3мм, 0мм; 28мм* -3.5мм, +0мм, +3.5мм, +7мм, +10.5мм; 32мм* -4мм, +0мм, +4мм, +7мм, +10.5мм; 36мм* -4мм, +0мм, +4мм, +8мм, +10.5мм;
5. Ацетабулярна вкладка:	
5.1.	Повинна бути виготовлена з надвисокомолекулярного поліетилену високої щільності (UHMWPE)
5.2.	Діаметр вкладки повинна мати 4 розміри: 22мм, 28мм, 32мм, 36мм
5.3.	Кут нахилу вкладки 15 градусів
6. Ацетабулярний шуруп:	
6.1.	Діаметр шурупа 6,5мм та довжиною 20мм, 25мм, 30мм, 35мм.
3. Ендопротез кульшового суглоба (цементного типу фіксації)	
1.	Вимоги до комплектації:
1.1.	Ендопротези повинні мати кількість типорозмірів, які відповідають антропологічним характеристикам людини і складається з: -Цементної ніжки - 1 шт; - Цементної ацетабулярної чашки-1 шт.; -Голівки стегнової кістки - 1 шт.; -Цемент -2 шт.
2.	Вимоги до цементної ніжки:
2.1.	Повинна бути виготовлена з Кобальт-Хром-Молібден (CoCrMo) та мати поліровану поверхню для цементної фіксації. Ніжка має бути двох видів: Стандартної конфігурації та і з подовженою шийкою (літералізована)
2.2.	Кількість типорозмірів ніжки повинно бути не менше ніж 7
3.	Вимоги до цементної ацетабулярної чашки:
3.1.	Повинна бути виготовлена з високозшитого надвисокомолекулярного поліетилену високої щільності (HXL UHMWPE) для цементної фіксації.
3.2.	Діаметр чашки від 47 по 59 мм (з кроком 2 мм)
4.	Вимоги до Голівки стегнової кістки:
4.1.	Повинна бути виготовлена зі сплаву Кобальт-Хром-Молібден (CoCrMo)
4.2.	Діаметр голівки повинен мати 2 розміри: 28мм 32 мм

