

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Набір для пристрою для закриття ділянки пункції радіальної артерії (НК 024:2023: 58704 Пристрій для компресії променевої артерії) (33141000-0);
Пристрій для закриття місця пункції (НК 024:2023: 60710 Тампон для компресії стегової артерії колагеновий) (33141000-0) (ДК 021:2015: 33140000-3 Медичні матеріали)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2025-08-08-009761-a

Обсяги: 2 найменування (згідно з технічним завданням)

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

264 519,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даних товарів, в тому числі через електронну систему закупівель ПРОЗОРРО.

Технічні та якісні характеристики:

№ п/п	Найменування функції, характеристики або параметри	Медико-технічні вимоги	Кількість
1	Набір для пристрою для закриття ділянки пункції радіальної артерії		50 шт
	Призначення	Для проведення гемостазу після катетеризації променевої артерії	
	Доступні розміри	24см x 4.0см 27см x 4.0см 29см x 4.0см	
	Вимоги до манжети	Має бути прозорою, для візуалізації місця пункції	
2	Пристрій для закриття місця пункції		20 шт
	Діаметр	6, 8 Fr.	
	Пакування	Одноразове, стерильне	
	Використання	Після проведення процедури коронарографії або стентування, для закриття пункційного дефекту, після інтродьюсерів 5-8 Fr.	
	Термін абсорбції	Повна абсорбція протягом 60-90 днів із моменту використання	