

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Провідник з гідрофільним покриттям, титановий (НК 024: 2023: 45623 Несудинний провідник загальної призначеності) (33141240-4); Провідник з гідрофільним покриттям (НК 024: 2023: 45623 Несудинний провідник загальної призначеності) (33141240-4); Провідник з гідрофільним покриттям, титановий (НК 024: 2023: 45623 Несудинний провідник загальної призначеності) (33141240-4); Провідник з гідрофільним покриттям (НК 024: 2023: 45623 Несудинний провідник загальної призначеності) (33141240-4); Набір для розширення нирок (НК 024: 2023: 44095 Набір для нефроскопічних хірургічних процедур, що не містить лікарських засобів, одноразового використання) (33141240-4) (ДК 021: 2015: 33140000-3 Медичні матеріали)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2025-08-27-011842-a

Обсяги: 5 найменувань**Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:**

247 048,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг цін в мережі Інтернет, закупівель у системі Prozo.to та комерційних пропозицій потенційних постачальників даного товару.

№ з/п	Конкретна назва предмета закупівлі	Одиниця виміру	Кількість
1.	Провідник з гідрофільним покриттям, титановий (НК 024: 2023: 45623 Несудинний провідник загальної призначеності) (33141240-4)	шт	10
2.	Провідник з гідрофільним покриттям (НК 024: 2023: 45623 Несудинний провідник загальної призначеності) (33141240-4)	шт	10
3.	Провідник з гідрофільним покриттям, титановий (НК 024: 2023: 45623 Несудинний провідник загальної призначеності) (33141240-4)	шт	15
4.	Провідник з гідрофільним покриттям (НК 024: 2023: 45623 Несудинний провідник загальної призначеності) (33141240-4)	шт	15
5.	Набір для розширення нирок (НК 024: 2023: 44095 Набір для нефроскопічних хірургічних процедур, що не містить лікарських засобів, одноразового використання) (33141240-4)	шт	1

Технічні та якісні характеристики:

№	Найменування товару	Технічний опис та характеристики
1.	Провідник з гідрофільним покриттям, титановий	Повинен бути виготовлений з нітинолу. Повинен мати гідрофільне покриття. Колір: чорний. Один кінчик жорсткий інший кінчик гнучкий, прямий кінчик. Довжина 150 см, 0,032".
2.	Провідник з гідрофільним покриттям	Повинен бути виготовлений з нітинолу. Повинен мати гідрофільне покриття. Колір: чорна та жовта смужки. Один кінчик жорсткий інший кінчик гнучкий, прямий кінчик. Довжина 150 см, 0,032".
3.	Провідник з гідрофільним покриттям, титановий	Повинен бути виготовлений з нітинолу. Повинен мати гідрофільне покриття. Колір: чорний. Один кінчик жорсткий інший кінчик гнучкий, прямий кінчик. Довжина 150 см, 0,035".
4.	Провідник з гідрофільним покриттям	Повинен бути виготовлений з нітинолу. Повинен мати гідрофільне покриття. Колір: чорна та жовта смужки. Один кінчик жорсткий інший кінчик гнучкий, прямий кінчик. Довжина 150 см, 0,038".
5.	Набір для розширення нирок	Даний набір використовується для прогресивного розширення нефростомічного тракту перед черезшкірним видаленням каменю. Розширювачі повинні бути рентгенконтрасні, мати гідрофільне покриття, мати провідник 8Fr довжиною 80 см. Розміри розширювачів від 8 до 30Fr.