

**Найменування замовника:**

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

**Код згідно з ЄДРПОУ замовника:** 01982940

**Місцезнаходження замовника:**

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

**Категорія замовника:**

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

**ОБГРУНТУВАННЯ**

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Електрод (НК 024: 2023: 61873 Електрод електрохірургічний ендоскопічний біполярний багаторазового використання) (33164000-7); Електрод (НК 024: 2023: 61873 Електрод електрохірургічний ендоскопічний біполярний багаторазового використання) (33164000-7); Кабель (НК 024: 2023: 47487 Електричний кабель для медичних виробів багаторазового застосування) (33164000-7) (ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:**

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2025-08-26-000656-a

**Обсяги:** 3 найменування (згідно з технічним завданням)

**Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:**

176 467,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників даних товарів та аналіз ринку в інтернет мережі.

**Технічні та якісні характеристики:**

| № з/п | Назва товару | Медико-технічні вимоги                                                                                                                                                                                        | Одиниця виміру | Кількість |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 1     | Електрод     | - біполярний;<br>- петля;<br>- багаторазовий;<br>- використання з електропровідним розчином;<br>- для резектоскопу 24/26 Fr;<br>- для використання в резектоскопії з телескопами діаметром не більше 4 мм     | шт             | 15        |
| 2     | Електрод     | - біполярний;<br>- для вапоризації;<br>- конічний;<br>- багаторазовий;<br>- для резектоскопу 24/26 Fr;<br>- для використання в резектоскопії з телескопами діаметром не більше 4 мм                           | шт             | 8         |
| 3     | Кабель       | - біполярний;<br>- для резектоскопії;<br>- довжина не менше 4 м;<br>- з системою автоматичного виявлення інструменту, моніторингу циклів використання інструменту, автоматичного вибору правильних параметрів | шт             | 1         |