

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості закупівлі:

Біполярний захват з атравматичними браншами (НК 024:2023: 62466 Щипці хірургічні для м'яких тканин у формі пінцета багаторазового використання) (33168000-5); Монополярний ВЧ-електрод «Гачок» (НК 024:2023:33596 - Ендоскопічний електрохірургічний наконечник/електрод монополярний багаторазовий) (33168000-5) (ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями, ID:UA-2026-04-07-013608-a

Обсяги: Товар - 2 найменування

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

37 833,00 UAH – Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних надавачів даних послуг та закупівель у системі Prozorro.

Технічні та якісні характеристики:

Послуги з діагностики повинні надаватися згідно регламентів та протоколів від виробника та відповідати наступним технічним (медико-технічним) характеристикам, які наведені у Таблиці та іншим нижченаведеним вимогам:

Таблиця

№ п/п	Найменування	Технічні характеристики
1	Біполярний захват з атравматичними браншами	Довжина, не менше 330 мм. Діаметр, не менше 5 мм. Тип бранш:атравматичні, з отвором, відповідність. Кут відкриття бранш, не менше 35°, відповідність. Ступінь захисту обладнання, від рідини IPX8, наявність. Тип генератора, що може використовуватися з інструментом, тип ВФ, відповідність. Розбірна конструкція робочого елемента, наявність. Можливість стерилізації, при температурах від 121°C до 134°C, наявність. Гарантія на товар не менше 12 місяців, відповідність. Довжина кабелю, не менше 3000 мм. Діаметр кабелю, не менше 4 мм.
2	Монополярний ВЧ-електрод «Гачок»	Довжина: не більше 330 мм. Діаметр: не більше 5 мм. Ступінь захисту обладнання, від рідини IPX8, наявність. Тип генератора, що може використовуватися з інструментом, тип ВФ, відповідність. Можливість стерилізації, при температурах від 121°C до 134°C, наявність.