

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

**Поточний ремонт відеогастроскопа EG-2990K (50421000-2) (ДК 021:2015: 50420000-5)
Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)****Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:**

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2026-04-14-011774-a

Обсяги:

№ з/п	Найменування послуги	Одиниця виміру	Кількість	Строк надання послуги
1.	Поточний ремонт відеогастроскопа EG-2990K	послуга	1	до 30.09.2026 р.

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

459 200,00 грн. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних надавачів даних послуг.

Технічні та якісні характеристики:

№ п/п	Найменування послуги / порядок (характеристика) надання послуги
1.	Поточний ремонт відеогастроскопа EG-2990K <i>послуга включає:</i> <ul style="list-style-type: none">- заміна дистальної гумки- заміна дистального тіла в зборі з каналами- заміна світловода- заміна трубки ввідної частини- заміна шківів управління вгору/вниз- заміна шківів управління вправо/вліво- збирання блоку конектора- збирання блоку управління- збирання корпусу ручки ендоскопа- збирання трубки ввідної частини- збирання трубки постачання- зовнішня чистка- заміна фіксуючих гвинтів дистального тіла/металевого сегмента- заміна фіксуючих гайок дистального тіла- корекція кутів вигину дистальної частини- чистка від корозії та окислу блоку ручки- чистка від корозії та окислу блоку управління- заміна металевого обплетення дистального сегмента- заміна тросів управління дистальною частиною

Загальні вимоги:

а) Якість наданих послуг повинна відповідати ТУ, зазначеним в технічному паспорті Обладнання або експлуатаційній документації виробника. Критерієм якості ремонту обладнання є готовність його до використання в діагностичному процесі.

б) Вартість послуг повинна включати вартість комплектуючих запчастин, всіх витратних матеріалів. Запасні частини (комплекти), які будуть використанні при наданні послуги, повинні бути оригінальними та сумісними з даним медичним обладнанням.