

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Розчин для очищення (НК 024:2023: 59058 Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика *in vitro*) для автоматизованих/ напіваавтоматизованих систем) (33695000-8); Слайд-планшет (НК 024:2023: 61296 Мікропланшет IVD (діагностика *in vitro*)) (33694000-8); Контрольний матеріал (НК 024:2023: 30219 Множинні аналіти сечі IVD (діагностика *in vitro*), контрольний матеріал) (33695000-8) (ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2026-07-06-010092-a

Обсяги: 3 найменування (згідно з технічним завданням)

Розрахунок здійснений на підставі фактичного обсягу лабораторних досліджень у централізованій клініко-діагностичній лабораторії Ковельського МТМО.

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

265 438,46 грн. без ПДВ – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)
Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг закупівель в системі Прозорро та комерційних пропозицій потенційних постачальників даних товарів.

Технічні та якісні характеристики:

№ з/п	Назва товару	Характеристики та опис товару*	Один. виміру	Кількість
1	Розчин для очищення концентрований, 500 мл	Розчин для очищення концентрований, 500 мл Модель CLE-SU використовується в автоматичній системі аналізу сечі Reetoo.	шт	31
2	Слайд-планшет для підрахунку клітин в біологічних зразках	Слайд-планшет має складатися з порожнього слайда для сечового осаду та кришки. На одному слайді має бути не менше п'яти місць для додавання зразків. Один слайд має вміщувати до п'яти тестів. Використовується для транспортування клінічних зразків сечі, призначений для використання з приладами Reetoo. В упаковці 40 слайдів-планшетів.	паков	61
3	Контрольний матеріал для аналізу сечі Liquichek™ Urinalysis Control Контроль Liquichek™ Urinalysis	Контроль виготовлений із сечі людини з додаванням людських еритроцитів, імітованих лейкоцитів, компонентів тваринного походження, хімічних речовин, консервантів і стабілізаторів. Для зручності контрольна речовина поставляється у рідкій формі. Дворівневий, мініупаковка 2*12мл (1 і 2 рівень)	паков	4

(* для автоматичного аналізатора осаду сечі RT-U600)