

Найменування замовника:

Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання
Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:

вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:

Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі:

**Плата обробки та керування сигналами для ультразвукової діагностичної системи Samsung HS50
(33112000-8) (ДК 021: 2015: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини,
стоматології та ветеринарної медицини)**

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:

Відкриті торги з особливостями ID: UA-2026-07-10-005457-a

Обсяги: 1 найменування

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:

142 380 грн без ПДВ. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників та закупівель у системі Prozorro.

Місце поставки: вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000.

Строк поставки: До 01 жовтня 2026 р.

Технічні та якісні характеристики:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Плата обробки та керування сигналами для ультразвукової діагностичної системи Samsung HS50	шт	1

№	Найменування	Технічні характеристики
1.	Плата обробки та керування сигналами для ультразвукової діагностичної системи Samsung HS50	Плата повинна забезпечувати функції контролера реального часу (RTC) та інтерфейсу з хост-комп'ютером, контролю прямого доступу до пам'яті (DMA) і цифрової обробки IQ-сигналів у складі ультразвукової діагностичної системи.
		Плата повинна бути повністю апаратно та програмно сумісна із ультразвуковими діагностичними системами Samsung HS50 та/або HS60.
		Наявність Драйвер двигуна 3D-датчика (3D Probe Motor Driver)
		Наявність процесорного модуля продуктивністю не нижче рівня Intel Core i3-4100E з оперативною пам'яттю не менше 8 ГБ DDR3 (2 × 4 ГБ, 1600 МГц).
		Наявність зовнішньої пам'яті типу DDR3 SODIMM ємністю не менше 4 ГБ
		Наявність не менше 8 портів USB 2.0, не менше 1 порту LAN, не менше 2 портів SATA III