Найменування замовника:
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області
Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940
Місцезнаходження замовника:
вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000
Категорія замовника:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі:

Рентгенівська трубка до системи ангіографічної медичної NeuAngio 30C (НК 024: 2023: 16604 Рентгенівська трубка) (33111710-1) (ДК 021: 2015: 33110000-4 Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:
Відкриті торги з особливостями ID: UA-2026-10-26-013578-a

Обсяги: 1 найменування

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:
5 121 495,33 грн без ПДВ. – власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства).

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників..

Місце поставки: вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000.

Строк поставки: До 25 грудня 2026 р.

Технічні та якісні характеристики:

№	Найменування	Технічні характеристики
1.	**Рентгенівська трубка Megalix CAT 125/35/80-122GW** **1 шт**	Номінальна напруга рентгенівської трубки: 125 кВ.
		Максимальний струм в імпульсній флюороскопії: 250 мА.
		Фокусні плями: 0,3/0,6/1,0 мм.
		Номінальна вхідна потужність анода: 15 кВт/ 40 кВт/ 80 кВт.
		Кут анода: 12,5°.
		Максимальна теплоємність анода рентгенівської трубки: 2,2 МДж (3 000 000 HU).
		Максимальна теплоємність рентгенівської трубки: 3,6 МДж (4 900 000 HU).
		Постійна (власна) фільтрація трубки: 1,5 мм Al за умови (@) 75 кВ.

Загальні вимоги:

a) товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку;

b) товар, запропонований Учасником, повинен відповідати технічним вимогам встановленим в п.3.3 Додатку 2 (Технічні та якісні характеристики) до предмету закупівлі та всім іншим вимогам Тендерної Документації;

c) гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців (перебіг гарантійного строку починається з дня, наступного за днем підписання Акту введення в експлуатацію Товару);

d) товар є новим, таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався, має відповідне маркування та належне пакування, є повністю сумісним із системою ангіографічною медичною NeuAngio 30C;

e) учасник повинен забезпечити участь уповноваженого представника Постачальника під час монтажу та введення в експлуатацію рентгенівської трубки, який здійснює технічний супровід та контроль правильності її встановлення відповідно до вимог виробника. Монтаж здійснюється виконавцем, визначеним Замовником за результатами окремої закупівлі.