Найменування замовника:
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області
Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940
Місцезнаходження замовника:
вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000
Категорія замовника:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Відеогастроскоп (НК 024: 2023: 17663 Гнучкий відеогастроскоп) (33168100-6) (ДК 021: 2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:
Відкриті торги з особливостями ID: UA-2026-10-28-013865-a

Обсяги: 1 найменування (згідно з технічним завданням)

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:
2 467 045,00 грн з ПДВ
2 305 650,00 грн без ПДВ
Місцевий бюджет

Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг закупівель в системі Прозорро та комерційних пропозицій потенційних постачальників товару.

Технічні та якісні характеристики:

№	Найменування	Технічні характеристики
1.	Відеогастроскоп 1 шт	Призначення: для забезпечення оптичної візуалізації верхніх відділів шлунково-кишкового тракту та терапевтичного доступу до них.
		Кут поля огляду - не менше 140°.
		Напрямок огляду - вперед (0°).
		Глибина різкості в межах не менше 3 - 100 мм.
		Ширина дистального кінця: не більше 5,4 мм.
		Ширина ввідної трубки: не більше 5,7 мм.
		Ширина інструментального каналу: не менше 2,0 мм.
		Кут згину кінчика: не менше 210° вгору, 100° вниз, 120° вліво, 120° вправо.
		Робоча довжина ввідної трубки: не менше 1100 мм.
		Повинен бути сумісним з відеопроцесором Pentax Medical EPK-3000 DEFINA.

Загальні вимоги:

(a) товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку;
(b) товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам встановленим в 3.3 (Технічні та якісні характеристики) до предмету закупівлі та всім іншим вимогам Тендерної Документації;
(c) товар повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався;
(d) гарантійний строк експлуатації запропонованого Учасником товару становитиме не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію та сервісне обслуговування такого товару здійснюватиметься кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички;
(e) Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у комплектації, у кількості та в терміни, визначені цією документацією;
(f) Учасник повинен забезпечити безоплатне введення в експлуатацію обладнання.