Найменування замовника:
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання Ковельської міської ради Волинської області

Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940

Місцезнаходження замовника:
вул. Олени Пчілки, 4, м.Ковель, Волинська обл., Україна, 45000

Категорія замовника:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі:

Гнучкий відеоколоноскоп (НК 024:2023: 36117 Гнучкий відеоколоноскоп багаторазового використання) (33168100-6) (ДК 021:2015: 33160000-9 - Устаткування для операційних блоків)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:
Відкриті торги з особливостями ID: UA-2026-10-28-011328-a

Обсяги: 1 найменування (згідно з технічним завданням)

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:
1 900 060,00 грн. з ПДВ
1 775 757,01 грн. без ПДВ
Місцевий бюджет
Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг закупівель в системі Прозорро.

Технічні та якісні характеристики:

№ з/п	Назва товару	Одиниці виміру	Кількість
1	Гнучкий відеоколоноскоп	шт	1

№ з/п	Найменування, значення та наявність функції, характеристики або параметра
1	**Гнучкий відеоколоноскоп**
1.1	Призначення: для забезпечення візуалізації і терапевтичного доступу до нижніх відділів шлунково-кишкового тракту, товстого кишківника
1.2	Кут поля зору: не менше 140°.
1.3	Напрямок огляду: прямий (0^0).
1.4	Глибина різкості: не менше 3 - 100 мм.
1.5	Діаметр ввідної трубки: не більше 13,2 мм.
1.6	Діаметр інструментального каналу: не менше 4,2 мм.
1.7	Кути вигину дистального кінця: не менше 180° вгору, 180° вниз, 160° вліво, 160° вправо.
1.8	Наявність на дистальному кінці окремого патрубка водного струменя
1.9	Довжина робочої частини: не менше 1700 мм.
1.10	Повинен бути сумісним з відеопроцесором Pentax Medical EPK-3000 DEFINA

Загальні вимоги:

(a) товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку;

(b) товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам встановленим в 3.3 (Технічні та якісні характеристики) до предмету закупівлі та всім іншим вимогам Тендерної Документації;

(c) гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником, повинен становити не менше 12 місяців (з дати введення в експлуатацію), а також він повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався;

(d) Учасник повинен забезпечити безоплатне введення в експлуатацію обладнання;

(e) Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у комплектації, у кількості та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника;

(f) Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.