Найменування замовника:
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське міськрайонне територіальне медичне об'єднання Ковельської міської ради Волинської області
Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 01982940
Місцезнаходження замовника:
вул. Олени Пчілки, 4, м. Ковель, Волинська обл., Україна, 45000
Категорія замовника:
Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

ОБГРУНТУВАННЯ

Технічних та якісних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості закупівлі:

Інфузійний насос (НК 024:2023:13217 Шприцева помпа) (33194110-0); Шприцевий насос (НК 024:2023:13217 Шприцева помпа) (33194110-0); Шприцевий насос (НК 024:2023:13217 Шприцева помпа) (33194110-0)
(ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:
Відкриті торги з особливостями, UA-2026-11-18-017770-a

Обсяги: Товари – 3 найменування

Очікувана вартість, розмір бюджетного призначення та джерело фінансування:
1 450 465,42 UAH без ПДВ в т.ч.:
- Власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства) – 135 354,20 грн.
- Місцевий бюджет – 1 315 111,22 грн.
Для визначення очікуваної вартості предмета закупівлі з метою дотримання принципів здійснення закупівель, зокрема максимальної економії та ефективності, було попередньо здійснено моніторинг комерційних пропозицій потенційних постачальників та закупівель у системі Prozorro.

Технічні та якісні характеристики:
Найменування і кількісні характеристики (номенклатура) предмета закупівлі у *Таблиці 1:*

№ з/п	Конкретна назва предмета закупівлі	Назва товару*	Одиниці виміру	Кіль кість
1.	Інфузійний насос (НК 024:2023:13217 Шприцева помпа) (33194110-0)	Інфузійний насос	шт	4
2.	Шприцевий насос (НК 024:2023:13217 Шприцева помпа) (33194110-0)	Шприцевий насос	шт	30
3.	Шприцевий насос (НК 024:2023:13217 Шприцева помпа) (33194110-0)	Шприцевий насос	шт	4

Запропонований учасником товар повинен відповідати наступним технічним характеристикам, та іншим нижченаведеним вимогам, які наведені у *Таблиці 2*:

Таблиця 2

№	Найменування,значення та наявність функції, характеристики або параметра	
1.	**Інфузійний насос**	Призначення - для пацієнтів, яким необхідно отримувати різні типи ліків, розчинів, харчування, ліпідів, крові та компонентів крові в контрольованих кількостях шляхом внутрішньовенного або ентерального введення
		Вертикальне розміщення крапельної системи - наявність
		Кольоровий сенсорний дисплей, з діагоналлю - не менше 3.5 дюймів
		Роздільна здатність - не менше 320 × 480 пікселів
		Україномовний інтерфейс - наявність
		Вага основного блоку - не більше 1,4 кг
		Режими роботи: швидкості, часу, краплинного введення, мікроінфузії, дозування, насиченої дози, послідовний режим, переривчастий режим, режим рампи, часу дозування, ритмічна доза - наявність
		Кольорове маркування препаратів - не гірше 30 кольорів
		Бібліотека препаратів - не гірше 5 000 найменувань препаратів
		Діапазон швидкості інфузії/ швидкості продування/ швидкості болюса - не менше 0,1 мл/год – 2000 мл/год
		Діапазон об'єму інфузії (VTBI), не менше 0,1 – 9999,00 мл
		Швидкість KVO - не гірше 0,1–5,0 мл/год
		Тиск оклюзії, не гірше 50 мм рт. ст. – 1125 мм рт. ст. Роздільна здатність: 1 мм рт. ст.
		Можливість зміни швидкості інфузії під час роботи - наявність
		Передача даних через бездротову точку доступу - наявність
		Підключення до центральної станції моніторингу інфузії - можливість
		Захист від забруднення і проникнення рідин - IP44
		Електроживлення 100–240 В змін. струм, 50/60 Гц
		Час роботи від батареї (за стандартних робочих умов) - не менше 5 годин
		Фіксатор для інфузійної стійки – наявність
		Кабель живлення - наявність
2.	**Шприцевий насос**	Тип дисплею - не гірше кольоровий TFT, РК-дисплей
		Сенсорний екран - наявність
		Діагональ - не менше 3,4 дюймів
		Роздільна здатність - не менше 310 × 470 пікселів
		Функція відображення параметрів великим шрифтом - наявність
		Управління пацієнтами - не гірше Виписка/прийом пацієнта, редагування/експорт/ імпорт інформації про пацієнта
		Україномовне меню - наявність
		Функція нагадування - наявність
		Час роботи від батареї (за стандартних робочих умов) - не менше 6 годин
		Розширення роботи від батареї до не менше як 12 годин - можливість
		Ступінь захисту від шкідливого потрапляння води - не гірше IP44
		Електроживлення 100-240 В змін. струм, 50/60 Гц
		Вага основного блоку без комплектуючих - не більше 1,7 кг
		Розмір основного блоку - не більше 260 × 121 × 140 (мм) (ширина × глибина × висота)
		Сумісні розміри шприців - не гірше 2 мл/3 мл,

		5 мл/6 мл,10 мл/12 мл,20 мл,30 мл/35 мл,50 мл/60 мл
		Діапазон швидкості інфузії, не менше від 0,01 до 149 мл/год (шприц 2/3 мл) від 0,01 до 300 мл/год (шприц 5/6 мл) від 0,1 до 800 мл/год (шприц 10/12 мл) від 0,1 до 1200 мл/год (шприц 20 мл) від 0,1 до 1500 мл/год (шприц 30/35 мл) від 0,1 до 2300 мл/год (шприц 50 мл/60 мл та шприц 60 мл)
		Діапазон швидкості болюсу, не менше від 0,01 до 149 мл/год (шприц 2/3 мл) від 0,01 до 300 мл/год (шприц 5/6 мл) від 0,1 до 800 мл/год (шприц 10/12 мл) від 0,1 до 1200 мл/год (шприц 20 мл) від 0,1 до 1500 мл/год (шприц 30/35 мл) від 0,1 до 2300 мл/год (шприц 50 мл/60 мл та шприц 60 мл)
		Діапазон об'єму препарату - не гірше 0,001– 99999 мл
		Швидкість KVO - не гірше від 0,01 до 5,0 мл/год
		Тиск оклюзії - не гірше 50 мм рт. ст. – 1125 мм рт. ст.
		Автоблокування екрана - наявність
		Можливість зміни швидкості інфузії під час роботи - наявність
		Функція автоматичного зменшення болюса - наявність
		Режим швидкості / режим часу / режим мікроінфузії - наявність
		Режим повної внутрішньовенної анестезії (TIVA) - можливість
		Режим цільової контрольованої інфузії (TCI)-можливість
		Передача даних через бездротову точку доступу /Wi-Fi - наявність
		Підключення до центральної станції моніторингу - можливість
		Збереження найменувань препаратів - не менше 5000
		Кількість кольорів для маркування ліків - не менше 30
		Фіксатор для інфузійної стійки – наявність
		Кабель живлення - наявність
3.	**Шприцевий насос**	Тип дисплею- не гірше кольоровий TFT РК
		Діагональ - не менше 3.5 дюймів
		Сенсорний екран - наявність
		Роздільна здатність -не менше 310 × 470 пікселів
		Україномовне меню - наявність
		Два канали для шприців - наявність
		Функція нагадування - наявність
		Час роботи від батареї (за стандартних робочих умов) - не менше 3 годин
		Захист від ураження електричним струмом -тип CF: захист від дефібрилятора
		Захист від забруднення і проникнення рідин - не гіршеIP44
		Режим роботи- постійний
		Ступінь рухомості - портативний
		Напруга електроживлення 100-240 В – від мережі змінного струму
		Частота - 50/60 Гц
		Вага основного блоку - не більше 2.8 кг
		Розмір основного блоку - не більше 255 × 140 × 200 (мм) (ширина × глибина × висота)
		Діапазон швидкості інфузії, не менше від 0,01 до 150 мл/год (шприц 2/3 мл) від 0,01 до 300 мл/год (шприц 5/6 мл) від 0,1 до 800 мл/год (шприц 10/12 мл)

		від 0,1 до 1200 мл/год (шприц 20 мл) від 0,1 до 1500 мл/год (шприц 30/35 мл) від 0,1 до 2300 мл/год (шприц 50 мл/60 мл та шприц 60 мл)
		Діапазон швидкості введення болюса, не менше від 0,01 до 150 мл/год (шприц 2/3 мл) від 0,01 до 300 мл/год (шприц 5/6 мл) від 0,1 до 800 мл/год (шприц 10/12 мл) від 0,1 до 1200 мл/год (шприц 20 мл) від 0,1 до 1500 мл/год (шприц 30/35 мл) від 0,1 до 2300 мл/год (шприц 50 мл/60 мл та шприц 60 мл)
		Діапазон об'єму препарату - не гірше 0,001 – 99999 мл
		Швидкість KVO - не гірше від 0,01 до 5,0 мл/год
		Тиск оклюзії - не гірше 50 мм рт. ст. – 1125 мм рт. ст.
		Автоблокування екрана - наявність
		Можливість зміни швидкості інфузії під час роботи - наявність
		Автоматичне зменшення болюса - наявність
		Режим швидкості / режим часу / режим мікроінфузії - наявність
		Режим дозування - наявність
		Режим насиченої дози - наявність
		Послідовний режим інфузії -наявність
		Переривчастий режим -наявність
		Режим зі збільшенням або зменшенням швидкості (рампи) - наявність
		Режим часу дозування – наявність
		Режим повної внутрішньовенної анестезії (TIVA) - можливість
		Режим цільової контрольованої інфузії (TCI) - можливість
		Передача даних через бездротову точку доступу /Wi-Fi -наявність
		Підключення до центральної станції моніторингу - наявність
		Фіксатор для інфузійної стійки - наявність
		Кабель живлення - наявність

Загальні вимоги:

(a) товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку;

(b) товар, запропонований Учасником, повинен відповідати медико-технічним вимогам встановленим в 3.3 (Технічні та якісні характеристики) до предмету закупівлі та всім іншим вимогам Тендерної Документації;

(c) товар повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався та не використовувався;

(d) гарантійний строк експлуатації запропонованого Учасником товару становитиме не менше 12 місяців з дати введення в експлуатацію та сервісне обслуговування такого товару здійснюватиметься кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички;

(e) учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у комплектації, у кількості та в терміни, визначені цією документацією;

(f) Учасник повинен забезпечити безоплатне введення в експлуатацію обладнання.